

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>Nr. 21078735_ocds-b3wdp1-MD-1681821609456</u> din <u>18 aprilie 2023, 15:40</u>						
Obiectul de achiziție: <i>Achiziționarea Camera video pentru operații endoscopice ORL</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Camera video pentru operații endoscopice ORL</i>	16-2009	Germania	Ackermann	<p>Set videoprocesor pentru interventii ORL Compatibil (sau echivalentul) cu troleul laparoscopic Richard Wolf din dotare din 2017. Setul include:</p> <p>1) Videoprocesor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterala a troleului. Iesirea video 1920 x 1080 pixels. Balanta alba in intervalul de temperature de culoare 2300K - 7000 K . Digital zoom – 1.5x max. Nivel de zgomot – fara zgomot, metoda de racire pasiva, fara ventilator. Interfața : 1x HDMI;USB port 3.0. Dimensiuni dispozitiv - 150 x 58 x 245 mm.</p> <p>2) Cap camera – 1 chip1 x 1/3” CMOS , cu 2 butoane programabile, C mount, Lungime cablu 2,5 m. Lentile 14mm, autoclavabile.</p> <p>3) Sursa de lumina- tip led , durata de viata a ledului - 30000 ore, cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterala a troleului. Puterea comparată cu lampa xenon este de 180 W. Diminuarea luminii automată când cablul fibroptic este scos din sursa de lumina. Culoarea temperaturii 6500K,Controlul luminizitatii de la 0 – 100%. Dimensiuni dispozitiv - 150 x 58 x 245 mm. Cablul fibroptic cu lungimea de 2.3 m cu diametrul de 3.5 mm. Anul de producere: analogic 2023 Pretul include livrarea și instalarea.</p> <p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la evaluarea mărfii în limba română</p>	<p>Set videoprocesor pentru interventii ORL Compatibil (sau echivalentul) cu troleul laparoscopic Richard Wolf din dotare din 2017. Setul include:</p> <p>1) Videoprocesor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterala a troleului. Iesirea video 1920 x 1080 pixels. Balanta alba in intervalul de temperature de culoare 2300K -7000 K . Digital zoom – 1.5x max. Nivel de zgomot – fara zgomot, metoda de racire pasiva, fara ventilator. Interfața : 1x HDMI;USB port 3.0. Dimensiuni dispozitiv - 260 x 100 x 215 mm.</p> <p>2) Cap camera – 1 chip1 x 1/3” CMOS , cu 3 butoane programabile, C mount, Lungime cablu 2,5 m. Lentile 14mm, autoclavabile.</p> <p>3) Sursa de lumina- tip led , durata de viata a ledului - 30000 ore, cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterala a troleului. Puterea comparată cu lampa xenon este de 180 W. Diminuarea luminii automată când cablul fibroptic este scos din sursa de lumina. Culoarea temperaturii 6500K,Controlul luminizitatii de la 0 – 100%. Dimensiuni dispozitiv - 150 x 58 x 245 mm. Cablul fibroptic cu lungimea de 2.3 m cu diametrul de 3.5 mm. Anul de producere: analogic 2023 Pretul include livrarea și instalarea.</p> <p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la evaluarea mărfii în limba română</p>	CE, ISO
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, Vasile Lupu 6 _____

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. 115 din “15” octombrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,

	Numărul procedurii de achiziție Nr. 21078735 ocds-b3wdp1-MD-1681821609456 din 18 aprilie 2023, 15:40							
	Obiectul de achiziție: <i>Achiziționarea Camera video pentru operații endoscopice ORL</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/servicii							
33100000-1	Lotul 1							
33169000-2	<i>Camera video pentru operații endoscopice ORL</i>	set	1	237000,00	284400,00	237000,00	284400,00	Pînă la 30.08.2023
	Total lot 1							
	TOTAL					237000,00	284400,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, Vasile Lupu 6 _____

9,10]

Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
10	11
MD59TRPBAA314110C00852AC	