

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1721810756158/21262111 din 16.09.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variata ajustată)	Consona N8	China	Mindray	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variata ajustată) Cod APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥192 Convex 2 - 5 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥192 Tehnologie: Matricială/XD Clear/ Syngle Crystal sau altă tehnologie echivalentă Endovaginal 4 - 9 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥192 Volum 3D de tip convexă 2,5 - 7 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) Elemente fizice: ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 4 500 000 / 500(canale fizice) GAMA DINAMICA ≥300dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da 2-D/B-Mode da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiale da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da	Da, Mindray Consona N8 Da, Datasheet N8 pag 2 Da, 5 porturi, Datasheet N8 pag 4 PROBE TIP, MHz L13-3N , 3 – 13 MHz Elemente 192, Datasheet N8 pag 23 SC5-1N (Single Crystal) , 1,2 – 6 MHz Elemente 192, Datasheet N8 pag 22 Da, Datasheet N8 pag 22 V11-3H, 3 – 12 MHz Elemente 192, Datasheet N8 pag 22 SD8-1 (Single Crystal), 1,8 – 8,2 MHz Elemente 192, Datasheet N8 pag 25 Da, 256, Datasheet N8 pag 5 Da, 9,000,000 canale/ / ≥ 512, Datasheet N8 pag 2 Da, 300 dB, Datasheet N8 pag 5 Da, 40cm, Datasheet N8 pag 5 POSTPROCESARE Da IMAGINE MODURI Da, M-Mode, Datasheet N8 pag 6 Da, B-Mode, Datasheet N8 pag 5 Da, THI, Datasheet N8 pag 5 Da, iBeam, Datasheet N8 pag 2 Da, Datasheet N8 pag 2 Da, Image Quality, Datasheet N8 pag 5	ISO/CE

			<p>Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da</p> <p>Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică cu măsurare automată: -FL (Femur Length): Lungimea femurului. -HC (Head Circumference): Circumferința capului. -BPD (Biparietal Diameter): Diametrul biparietal. -AC (Abdominal Circumference): Circumferința abdominală. -HL (Humerus Length): Lungimea humerusului. -Bătăile fătului. și mărimilor hemodinamice ca: -PI (Pulsatility Index): Indexul de pulsabilitate. -RI (Resistance Index): Indexul de rezistență. -PS (Peak Systolic Velocity): Viteza sistolică maximă. -DS (Diastolic Speed): Viteza diastolică.</p> <p>-Flow volume da Calcularea automată a translučenței nucale da Vizualizare a fluxului sangvin da Tehnologia STIC da Măsurarea automată a FHR da Calculor folicular da PAN/ZOOM imagine în timp real da</p> <p>imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) CINE Memory da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 10 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da</p>	<p>Da, Velocity, Datasheet N8 pag 6 Da, Power Doppler, Datasheet N8 pag 2 Da, Duplex, Datasheet N8 pag 7 Da, Triplex, Datasheet N8 pag 7 FUNȚIONALITĂȚI Da, Measurements, Datasheet N8 pag 19 Da, Dynamic Range, Datasheet N8 pag 5 Da, ZST+ focalizare pe toata adincimea, DPF, Datasheet N8 pag 2 Da, ZST+, Datasheet N8 pag 2 Da, CINE review, Datasheet N8 pag 18 Da, SmartOB include: BPD, HC, OFD, FL, AC, HUM, Datasheet N8 pag 19 Da, Datasheet N8 pag 19 Da, Datasheet N8 pag 19 Da, Datasheet N8 pag 19 Da, Datasheet N8 pag 19 Da, Smart Fetal HR, Datasheet N8 pag 17 Da, PI, Manual N8 pag 38 Da, RI, Manual N8 pag 38 Da, PS, Manual N8 pag 37 Da, ED, End-Diastolic Velocity, Manual N8 pag 37 Da, Volume Flow, Manual N8 pag 39 Da, Smart NT, Datasheet N8 pag 19 Da, HR Flow, Datasheet N8 pag 2 Da, STIC, Datasheet N8 pag 11 Da, Smart Fetal HR, Datasheet N8 pag 17 Da, Smart FLC, Da, Datasheet N8 pag 12 Da, Zoom, iZoom, Datasheet N8 pag 17-18 Da, Freeze, Datasheet N8 pag 5 STOCARE IMAGINI Da, 512 SSD, Datasheet N8 pag 20 Da, CINE Review, Datasheet N8 pag 18 Da, DICOM, Datasheet N8 pag 3 Da, monitor 15,6", Datasheet N8 pag 4 PACHETE DE ANALIZĂ Da, Datasheet N8 pag 2</p>
--	--	--	---	---

			<p>Elastografie strain (de compresie manuală) da</p> <p>Elastografie sharewave (compresie acustică) da</p> <p>Pediatric da</p> <p>Vascular da</p> <p>Altele Opțional</p> <p>Transrectal da</p> <p>MONITOR Rezoluție înaltă, ≥1920 x 1080px ≥ 21"</p> <p>Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual</p> <p>Încălzitor gel da</p> <p>Imprimantă digitala alb-negru da</p> <p>Port USB USB 2.0/3.0 da</p> <p>Gel 1 litru</p> <p>Hârtie termică 5 buc.</p> <p>LAN/NET RJ45 da</p>	<p>Da, Strain Elastography, Datasheet N8 pag14</p> <p>Da, STE, Datasheet N8 pag 14</p> <p>Da, Datasheet N8 pag 2</p> <p>Da, Datasheet N8 pag 2</p> <p>Da, Smart Face, Smart Planes CNS, Smart Scene 3D, iPage+, SCV+, iLive incluse in oferta Datasheet N8 pag 11,12</p> <p>Da, Urology, Datasheet N8 pag 2</p> <p>Da, 21,5", 1920x1080px, Datasheet N8 pag 4</p> <p>Da, Control panel, Datasheet N8 pag 4</p> <p>Da, Gel warmer, Datasheet N8 pag 26</p> <p>Da, Sony UP X898MD, Datasheet N8 pag 26</p> <p>Da, USB, Datasheet N8 pag 27</p> <p>Da, 1L gel inclus</p> <p>Da, 5 buc hirtie incluse</p> <p>Da, Ethernet, Datasheet N8 pag 27</p>	
--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. ,, Dutchmed-M" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebat 76, of. 807