

**Recirculator bactericid destinat distrugerii
<Virusilor, Bacteriilor, Fungilor si Compusilor organici
volativi>**



SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumirea utilajului RBI 100V

Metoda de montare vertical sau orizontal (se schimba doar pozitia logoului)

Corp recirculatorului - Otel Inoxidabil

Sursa de emisie este 2 lampi bactericide de 15W(FARA OZON)+1 modul de Generator de Plazma.

Durata medie de ardere a lămpilor, ore - Ledvance - 10800.

Durata medie de lucru a modulului de plasma la rece 24 luni

Numar de motoare - 1

Puterea fluxului de aer 87 m3

Nivel de zgomot - 56 dB

Tensiunea de alimentare – 220V

Frecvență, Hz 50.

Consumul de energie electrică - nu mai mult de 80 w.

Clasa de protecție conform SM SR EN 60335-12014 cap. 6-8,
10, 13, 20, 22-29

Compatibilitatea energetica conform CE

2014/35/EU Low Voltage Directive /Annex III

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive /Annex II

EN 60204-1:2018 , EN IEC 61000-6-4:2019

EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-1:2019

Greutatea kg - cel mult 3,200.

Durata medie de serviciu, ani - 5.

Durata de garantie 12 luni

Destinat pentru utilizare in institutii medicale in incaperi de categoria I-IV, este proiectat pentru lucru in prezenta personalului si pacientilor.

FABRICAT IN MOLDOVA