

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1581511287717</u> din 22.02.2020				
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale</b>				
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Servicii de mentenanță pentru dispozitivul Unimad - DRAD	<p><b>Cerințe:</b>                      Serviciile vor fi prestate lunar, la solicitarea reprezentantului beneficiarului, la adresa de amplasare a laboratorului.                      Nr. d/o Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea                      1 Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, rotile) o dată la 6 luni și la necesitate                      2 Verificarea și reglarea rulmenților, ungerea acestora. o dată în 6 luni;                      3 Reglarea elementelor (părților) de autofrânare ( monobloc și transportator). la necesitate                      4 Verificarea releului miliampersecundă. o dată la 6 luni                      5 Verificarea curentului anodului. o dată la 6 luni;                      6 Verificarea monoblocului la ermetizare. în caz de scurgere a uleiului sau apariția bulelor în rezervuar                      7 Verificarea contactorului. o dată la 6 luni                      8 Ungerea nodurilor principale. o dată în 12 luni                      9 Masa radiografică: curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor, testarea camerei de ionizare a exponometrului o dată la 12 luni.                      10 Stativ vertical: testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, ungerea, curățarea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor - o dată la 6 luni.                      Workstation - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; curățarea părților componente ale echipamentului; diagnosticarea totală a calculatoarelor controlul asupra stării dispozitivelor de rețea</p>	<p><b>Cerințe:</b>                      Serviciile vor fi prestate lunar, la solicitarea reprezentantului beneficiarului, la adresa de amplasare a laboratorului.                      Nr. d/o Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea                      1 Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, rotile) o dată la 6 luni și la necesitate                      2 Verificarea și reglarea rulmenților, ungerea acestora. o dată în 6 luni;                      3 Reglarea elementelor (părților) de autofrânare ( monobloc și transportator). la necesitate                      4 Verificarea releului miliampersecundă. o dată la 6 luni                      5 Verificarea curentului anodului. o dată la 6 luni;                      6 Verificarea monoblocului la ermetizare. în caz de scurgere a uleiului sau apariția bulelor în rezervuar                      7 Verificarea contactorului. o dată la 6 luni                      8 Ungerea nodurilor principale. o dată în 12 luni                      9 Masa radiografică: curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor, testarea camerei de ionizare a exponometrului o dată la 12 luni.                      10 Stativ vertical: testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, ungerea, curățarea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor - o dată la 6 luni.                      Workstation - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; curățarea părților componente ale echipamentului; diagnosticarea totală a calculatoarelor controlul asupra stării dispozitivelor de rețea</p>	CE/ISO

		<p>controlul asupra funcționării bazei de date controlul asupra funcționării software-ului întreținerea preventivă a unităților CD și CD RW întreținerea preventivă a monitoarelor întreținerea preventivă a blocurilor de sistem verificarea parametrilor câmpului de lucru 11 Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu împământarea (panoul electric de distribuție) o dată la 12 luni</p> <p>Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea 1 Testarea funcțiilor de securitate: - testarea butoanelor la pupitru de televiziune o dată la 12 luni 2 Controlul surselor de alimentare, frânelor, ungerea pieselor mecanice o dată la 12 luni 3 Curățirea și ajustarea monitoarelor o dată la 12 luni 4 Profilactica cabinetului generatorului o dată la 6 luni 5 Testarea cu Quality Assurance-Constansy test: - evaluarea calității imaginii -lunar 6 Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a împământării interioare (panou electric de distribuție) - o dată la 6 luni. 7 Alte servicii necesare: - chemarea, diagnostica și reparații accidentale (curente) - Piese nu intra sub acoperire - lunar și la necesitate</p>	<p>controlul asupra funcționării bazei de date controlul asupra funcționării software-ului întreținerea preventivă a unităților CD și CD RW întreținerea preventivă a monitoarelor întreținerea preventivă a blocurilor de sistem verificarea parametrilor câmpului de lucru 11 Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu împământarea (panoul electric de distribuție) o dată la 12 luni</p> <p>Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea 1 Testarea funcțiilor de securitate: - testarea butoanelor la pupitru de televiziune o dată la 12 luni 2 Controlul surselor de alimentare, frânelor, ungerea pieselor mecanice o dată la 12 luni 3 Curățirea și ajustarea monitoarelor o dată la 12 luni 4 Profilactica cabinetului generatorului o dată la 6 luni 5 Testarea cu Quality Assurance-Constansy test: - evaluarea calității imaginii -lunar 6 Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a împământării interioare (panou electric de distribuție) - o dată la 6 luni. 7 Alte servicii necesare: - chemarea, diagnostica și reparații accidentale (curente) - Piese nu intra sub acoperire - lunar și la necesitate</p>	
2	Servicii de mentenanță pentru dispozitivul CRDD-09-Alfa (teleoptic)	<p><b>Cerințe:</b> Serviciile vor fi prestate lunar, la solicitarea reprezentantului beneficiarului, la adresa de amplasare a laboratorului. Nr. d/o Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea 1 Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, roțile) o dată la 6 luni și la necesitate 2 Verificarea și reglarea rulmenților, ungerea acestora. o dată în 6 luni; 3 Reglarea elementelor (părților) de autofrânare ( monobloc și transportator). la necesitate 4 Verificarea releului miliampersecundă. o dată la 6 luni 5 Verificarea curentul anodului. o dată la 6 luni;</p>	<p><b>Cerințe:</b> Serviciile vor fi prestate lunar, la solicitarea reprezentantului beneficiarului, la adresa de amplasare a laboratorului. Nr. d/o Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea 1 Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, roțile) o dată la 6 luni și la necesitate 2 Verificarea și reglarea rulmenților, ungerea acestora. o dată în 6 luni; 3 Reglarea elementelor (părților) de autofrânare ( monobloc și transportator). la necesitate 4 Verificarea releului miliampersecundă. o dată la 6 luni 5 Verificarea curentul anodului. o dată la 6 luni;</p>	

		<p>6 Verificarea monoblocului la ermetizare. in caz de scurgere a uleiului sau aparitia bulelor in rezervuar</p> <p>7 Verificarea contactorului. o dată la 6 luni</p> <p>8 Ungerea nodurilor principale. o dată in 12 luni</p> <p>9 Masa radiografică: curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor, testarea camerei de ionizare a exponometrului o dată la 12 luni.</p> <p>10 Stativ vertical: testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, ungerea, curățarea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor - o dată la 6 luni.</p> <p>Workstation - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; curățarea părților componente ale echipamentului; diagnosticarea totală a calculatoarelor controlul asupra stării dispozitivelor de rețea controlul asupra funcționării bazei de date controlul asupra funcționării software-ului întreținerea preventivă a unităților CD și CD RW întreținerea preventivă a monitoarelor întreținerea preventivă a blocurilor de sistem verificarea parametrilor câmpului de lucru</p> <p>11 Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu împământarea (panoul electric de distribuție) o dată la 12 luni</p> <p>Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea</p> <p>1 Testarea funcțiilor de securitate: - testarea butoanelor la pupitru de televiziune o dată la 12 luni</p> <p>2 Controlul surselor de alimentare, frânelor, ungerea pieselor mecanice o dată la 12 luni</p> <p>3 Curățirea și ajustarea monitoarelor o dată la 12 luni</p> <p>4 Profilactica cabinetului generatorului o dată la 6 luni</p> <p>5 Testarea cu Quality Assurance-Constansy test: - evaluarea calității imaginii -lunar</p> <p>6 Măsurarea rezistenței conexiei dispozitivelor la punctul de conexiune a împământării interioare (panou electric de distribuție) - o dată la 6 luni.</p> <p>7 Alte servicii necesare:</p>	<p>6 Verificarea monoblocului la ermetizare. in caz de scurgere a uleiului sau aparitia bulelor in rezervuar</p> <p>7 Verificarea contactorului. o dată la 6 luni</p> <p>8 Ungerea nodurilor principale. o dată in 12 luni</p> <p>9 Masa radiografică: curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor, testarea camerei de ionizare a exponometrului o dată la 12 luni.</p> <p>10 Stativ vertical: testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, ungerea, curățarea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor - o dată la 6 luni.</p> <p>Workstation - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; curățarea părților componente ale echipamentului; diagnosticarea totală a calculatoarelor controlul asupra stării dispozitivelor de rețea controlul asupra funcționării bazei de date controlul asupra funcționării software-ului întreținerea preventivă a unităților CD și CD RW întreținerea preventivă a monitoarelor întreținerea preventivă a blocurilor de sistem verificarea parametrilor câmpului de lucru</p> <p>11 Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu împământarea (panoul electric de distribuție) o dată la 12 luni</p> <p>Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică Periodicitatea</p> <p>1 Testarea funcțiilor de securitate: - testarea butoanelor la pupitru de televiziune o dată la 12 luni</p> <p>2 Controlul surselor de alimentare, frânelor, ungerea pieselor mecanice o dată la 12 luni</p> <p>3 Curățirea și ajustarea monitoarelor o dată la 12 luni</p> <p>4 Profilactica cabinetului generatorului o dată la 6 luni</p> <p>5 Testarea cu Quality Assurance-Constansy test: - evaluarea calității imaginii -lunar</p> <p>6 Măsurarea rezistenței conexiei dispozitivelor la punctul de conexiune a împământării interioare (panou electric de distribuție) - o dată la 6 luni.</p> <p>7 Alte servicii necesare: - chemarea, dignostica și reparații accidentale (curente)</p>	
--	--	--	--	--

		- chemarea, dignostica și reparații accidentale (curente) - Piesele nu intra sub acoperire - lunar și la necesitate	- Piesele nu intra sub acoperire - lunar și la necesitate	
--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele: Vasile MATEI  
În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ANCOTEC SISTEM SRL  
Adresa: Chișinău, str. Miorița, 5, of.6