

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21024310 / ocde-b3wdp1-MD-1591794613913					Data: 18.06.2020			Alternativa nr.N/A
Denumirea licitației: Achiziționarea termometrelor infraroșii					<u>Lot/poz: 1.</u>			Pagina _1_ din _2_
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articoleului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						
1	33100000-1	Termometru infraroșu	Dr. Frei	China	Kangfu Medical Equipment Factory	•Cu senzor infraroșu de mare precizie stabil și solid •O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex •Capacitatea de stocare a 32 seturi de măsurări •Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius (°C) •Funcții de oprire automată și de economisire a energiei •Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin. - Acuratețea măsurării - Modul corpului: în limitele (35-42)°C, ±0.2°C/0.4°F - Peste limitele (35-42)°C, ±0.4°C/0.54°F - Modul suprafeței ±0.1C/°F - Modul de măsurare •Modul corpului 32-42. 9°C(89.6°F~109.2°F)	•Cu senzor infraroșu de mare precizie stabil și solid •O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex •Capacitatea de stocare a 32 seturi de măsurări •Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius (°C) •Funcții de oprire automată și de economisire a energiei •Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin. - Acuratețea măsurării - Modul corpului: în limitele (35-42)°C, ±0.2°C/0.4°F - Peste limitele (35-42)°C, ±0.4°C/0.54°F - Modul suprafeței ±0.1C/°F - Modul de măsurare •Modul corpului 32-42. 9°C(89.6°F~109.2°F) •Modul suprafeței 0°C~118°C(32°F~244. 4°F) •Garantia 2 ani	CE/ISO

						•Modul suprafeței 0°C~ 118°C(32°F~244. 4°F)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: ***Boris Granaci***

În calitate de: Director General

Ofertantul: „**MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of.71

Email: medglobalfarm@mail.ru

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Site: www.medglobalfarm.com