

SPECIFICAȚII TEHNICE pentru IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1758033521188 / 21476703	din 22 octombrie 2025
Obiectul achiziției:	Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical – 2025	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
1. Monitor de pacient "Infinity Vista XL, Drager"								
1.1	33100000-1	1.1.Baterie interna pentru monitorul de pacient Drager Infinity Vista XL (MS31385)	E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	1.1.Baterie interna pentru monitorul de pacient Drager Infinity Vista XL (MS31385)	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: MS31385	ISO, CE
16. Sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"								
16.1	33100000-1	16.1.Pompa de umplere a generatorului de aburi	CENTRIFUGE PUMP AUTOASPIRATING (PLASTIC HEADER) MULTI VOLTAGE	Spania	Matachana	16.1.Pompa de umplere a generatorului de aburi - p/u sterilizator cu aburi Matachana S1008-E2; Nr. catalog: 41868.8	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 41868.8	ISO, CE
16.2	33100000-1	16.2.Garnitură p/u generatorul de aburi	O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM	Spania	Matachana	16.2.Garnitură p/u generatorul de aburi - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41998.9	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 41998.9	ISO, CE
16.3	33100000-1	16.3.Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel	JOINT O RING LEVEL SWITCH LEVEL GENERATOR S1000	Spania	Matachana	16.3.Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:66215.3	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 66215.3	ISO, CE
16.4	33100000-1	16.4.Contactor p/u element încălzitor	CONTACTOR AC3 18.5 KW/400V, 1NA+1NC, AC/DC 20-33 V	Spania	Matachana	16.4.Contactor p/u element încălzitor - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41304.3	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 41304.3 + 41311.7	ISO, CE
17. Sistemă p/u pregătirea apei purificate								
17.1	33100000-1	17.1.Particles cartridge PURTRET 20 microns 10" height	CARTRIDGE OF PARTICLES 20 MICRONS 10"	Spania	Matachana	17.1.Particles cartridge PURTRET 20 microns 10" height; 66045.2	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 66045.2	ISO, CE
17.2	33100000-1	17.2.Particles cartridge PURTRET 5 microns 10" height	CARTRIDGE OF PARTICLES 5 MICRONS 10"	Spania	Matachana	17.2.Particles cartridge PURTRET 5 microns 10" height; 66046.2	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 66046.2	ISO, CE
17.3	33100000-1	17.3.Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC)	CARTRIDGE 10" OF COAL ACTIVE GAC	Spania	Matachana	17.3.Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC); 66047.2	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 66047.2	ISO, CE

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
17.4	33100000-1	17.4.Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS)	FILTER OF COAL AND POLYPHOSPHATES GAC / FOS	Spania	Matachana	17.4.Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS);67853.2	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 67853.2 (66047.2)	ISO, CE
17.5	33100000-1	17.5.Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS	CSV181250ECO, 50 GPD	Ucraina	ECOSOFT	17.5.Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS; 66052.5	Conform cerințelor; Produsul este compatibil cu producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: CSV181250ECO	ISO, CE
17.6	33100000-1	17.6.Active carbon post-filter OMNIPURE	POSTFILTER COAL GAC	Spania	Matachana	17.6.Active carbon post-filter OMNIPURE; 66562.2	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 66562.2	ISO, CE
17.7	33100000-1	17.7.Motor+Pompa de apa (inox)	AUTOJS80 24L 1000W	China	AQUATIC	17.7.Motor+Pompa de apa (inox) - Putere motor 1100≤ W 220V, intrare /iesire 1" - 1", carcasa de inox AISI 304, elicia de pompare inox AISI 304	Conform cerințelor; Produsul este compatibil cu producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: AUTOJS80	ISO, CE
17.8	33100000-1	17.8.Pompa p/u sistemul de osmoză inversă	PUMP OSMOSIS SHURFLO 8010-102-210 OPEN FLOW.37 GPM 24 VCA	Spania	Matachana	17.8.Pompa p/u sistemul de osmoză inversă (RO) cu sistem de conectare rapidă a furtunelor. Tensiune de alimentare: 24 V; Piesă compatibilă cu sistema p/u pregătirea apei purificate	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Numar de catalog: 66239.3	ISO, CE
27. Ventilator pulmonar Evita V600								
27.1	33100000-1	27.1.Filtru de aer	Air filter	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	27.1.Filtru de aer - ref: 8421479, compatibil cu ventilatorul Evita V600	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: 8421479	ISO, CE
27.2	33100000-1	27.2.Filtru de oxigen	Filter Cartridge	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	27.2.Filtru de oxigen - ref: 8414016, compatibil cu ventilatorul Evita V600	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: 8414016	ISO, CE
27.3	33100000-1	27.3.Filtru p/u ventilator sursei de alimentare	Filter	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	27.3.Filtru p/u ventilator sursei de alimentare - ref: 8416753, compatibil cu ventilatorul Evita V600	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: 8416753	ISO, CE
32. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager"								
32.1	33100000-1	32.1.Capcană de apă	WaterLock2	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	32.1.Capcană de apă - set corp capcană de apă WaterLock 2, proba CO2, compatibil cu analizatorul de gaze SCIO FOUR OXI PLUS	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: 6872130	ISO, CE
32.2	33100000-1	32.2.Senzor de flux (x5)	Spirolog Flow Sensor	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	32.2.Senzor de flux (x5) - senzor de flux Spirolog, ABS, dezinfectabil 5 bucăți, compatibil cu Drager Fabius Plus (8403735)	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: 8403735	ISO, CE
33. Monitor de pacient "Infinity Vista XL, Drager"								
33.1	33100000-1	33.1.Cablu SPO2 intermediar multimed 5/6	SPO2 NELLCOR INTERM CABLE, 2M	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	33.1.Cablu SPO2 intermediar multimed 5/6, NeoMed, lungime 2m, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: 3375834	ISO, CE

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
33.2	33100000-1	33.2.Sensor SPO2 DURA DS-100A,	SPO2 Nellcor sensor DS100A, adult	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	33.2.Sensor SPO2 DURA DS-100A, reutilizabil, adult, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: 7262764	ISO, CE
33.3	33100000-1	33.3.Cablu ECG	ECG 3-Lead dual-pin EURO, 1m	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	33.3.Cablu ECG compatibil cu Monitor de pacient Infidity Vista XL. Cablu cu 3 conectoare de tip clește pentru electrozi ECG, SN:MP03411, compatibil cu Multimed 5 Pod.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: MP03411	ISO, CE
33.4	33100000-1	33.4.Furtun conectare, adult/pediatric 3,7 m	NBP extension hose, adult 3,7m	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	33.4.Furtun conectare, adult/pediatric 3,7 m (12,1 ft) compatibil cu Monitor de pacient Infidity Vista XL, MP00953	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Numar de catalog: MP00953	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**