

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu".

Numărul procedurii de achiziție: 21021221. ID ocds-b3wdp1-MD-1584093427304.						Data: 23.03.2020	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile secția laborator 2020.						Lot:	pag. 1 din 2	
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot IV. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul BeneSphera H32

1	33600000-6	Dilued pentru Benesphera H32	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l	Soluție pentru diluare (Dilued) pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 20L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	Sol. de lizare pentru Benesphera H32	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml	Soluție pentru lizare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 500ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	Sol.de spălare pentru Benesphera H32	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 900ml	Soluție pentru spălare pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 900-1000ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniu normal, scăzut, crescut cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 20L. Reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniu normal, scăzut, crescut cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33600000-6	Sol. Hipoclorid pentru Benesphera H32	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Hipoclorid concentrația 0,5%, volumul 1 l	Soluție Hipoclorid cu concentrația 0,5%, pentru analizatorul hematologic Benesphera H32, amb. 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot V. Reagenți pentru cercetări ale sistemului de hemostază pentru Coagulometru Helena C1.

1	33600000-6	Tromboplastin-Li	Prothrombin-DAC-ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma, INR, set cu 1000 teste	Protrombin (Tromboplastin-Li) - amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasmă, INR, set cu 1000 teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	Fibrinogen-DAC + Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, reagent thrombin liofilizat, uscat, soluție tampon imidazole concentrate, plasma calibrator liofilizat uscat, set 21ml pentru 100 teste	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator. Reagent thrombin liofilizat, uscat, soluție de diluent necesar și plasma calibrator, set 120-240 teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	Control plasmă cu nivel normal	Control Plasma L1	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Control plasmă cu nivel normal, set 1fl x 1ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Control plasmă cu nivel crescut	Control Plasma L2	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	Control plasmă cu nivel patologic (crescut), set 1fl x 1ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33600000-6	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen, set 1fl x 1ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot X. Veselă și articole de ustensilă

1	33600000-6	Eprubete cu Citrat de Na3,8%	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	Eprubete cu Citrat de Na3,8% pentru coagulogramă volumul sînge 2,5 ml, cu capac, cu etichetă	Eprubete cu Citrat Na 3,8%, vol. 2,5-3ml, cu capac și cu etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
---	------------	------------------------------	---	--------	----	--	--	----------

2	33600000-6	Cuve pentru coagulometru HelenaC1	German TECO 1 Hole	China	Dong	Cuve formă conică, plastic Certificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	Cuve formă conică, din plastic, pentru coagulometrul Helena C 1. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	Scarificatoare sterile	stainless steel blood lancet,flake type, sterile,size:L, 200pcs/box.	China	RMD	Certificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	Scarificatoare sterile, confecționate din metal, protejate individual, în ambalaj de hârtie. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Eprubete plastic fără capac V 10ml	test tube 16x100 mm 10 ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	Certificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	Eprubete din polipropilen (PP) fără capac, vol. 10ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virsi Roman**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

Data: 23.03.2020

Valabilitatea ofertei - 30 zile.