

Specificații tehnice (F4.1)

din 22.04.2019

Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
33100000-1		Rechargeable battery 1000RS	103323-O	Germania	AKKUplanet GmbH	Conform F4.1	Oftalmoscop BXα-RC, BX-RC, Retinoscope RX-RC, NR-RC Tensiune 3.6 V 1000mAh	ISO 9001:2015
		Total lot 1						
		Lotul 2						
33100000-1		Bloc de alimentare	GT-41130-2024-T3A	SUA	GLOBTEK Inc,	Conform F4.1	GLOBTEK GT-41130-2024-T3A AC ADAPTER 24Vdc 1.0A.	CE
		Total lot 2						
		Lotul 6						
33100000-1		Bloc de alimentare	GT-21089-1512-T3	SUA	GLOBTEK Inc,	Conform F4.1	GLOBTEK GT-21089-1512-T3 AC ADAPTER 12Vdc 1.25A size 2.5 x 5.5 x 11mm .	ISO 9001 : 2008 ISO 13485:2003 ISO 14001:2004
		Total lot 6						
		Lotul 16						
33100000-1		Laryngoscope Blade McIntosh	9000310300	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1	Lamele McIntosh cu conductor de lumină integrat. Lama permite o vizibilitate mai bună a faringelui în timpul intubării endotraheale orale sau nazale. Steril: Nu Lama - dimensiunea 3	CE
		Total lot 16						
		Lotul 17						

Numărul licitației: 21007116
 Denumirea licitației: Piese de schimb pentru dispozitive medicale (repetat
 Conform necesitatilor IMSP IM și C (Institutul Mamei și Copilului)

Alternativa nr.
 Lot: conform listei solicitate
 Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

33100000-1		Laryngoscope Blade McIntosh	9000310400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1	Lamele McIntosh cu conductor de lumină integrat. Lama permite o vizibilitate mai bună a faringelui în timpul intubării endotraheale orale sau nazale. Steril: Nu Lama - dimensiunea 4	CE
		Total lot 17						
33100000-1		Lotul 18						
		Laryngoscope Blade McIntosh	9000310300	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1	Lamele McIntosh cu conductor de lumină integrat. Lama permite o vizibilitate mai bună a faringelui în timpul intubării endotraheale orale sau nazale. Steril: Nu Lama - dimensiunea 3	CE
		Total lot 18						
33100000-1		Lotul 19						
		Laryngoscope Blade McIntosh	9000310400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1	Lamele McIntosh cu conductor de lumină integrat. Lama permite o vizibilitate mai bună a faringelui în timpul intubării endotraheale orale sau nazale. Steril: Nu Lama - dimensiunea 4	CE
		Total lot 19						
33100000-1		Lotul 30						
		ECHO-SCREEN SONDE	ECHO	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1	The echo-screen probe is extremely robust and thus optimally adapted for use in a neonatal ward. Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen tda	CE
		Total lot 30						
		Lotul 31						

33100000-1		Sondă ultrasunet	8 MHz PW / CW Sensor	Russia	AO NPF «BIOSS»	Conform F4.1	8 MHz PW / CW Sensor Manual pencil doppler sensor Peripheral blood flow examination. For use with: "ANGIODIN-Universal" "ANGIODIN-K" "ANGIODIN-M" "ANGIODIN-PC"	CE
		Total lot 31						
33100000-1		Lotul 36						
		Transductor convex	TC375TB	Taiwan	Broadsound Corporation	Conform F4.1	3,5 MHz, Convex R50 Abdominal, Ob / Gyn. Cap de scanare: 115 mm (lungime) * 75 mm (lățime) * 25 mm (înălțime) Cablu: aproximativ 2 metri lungime * 8 mm (diametru) (înălțime) Greutatea sondei: 1,1 kg Sisteme compatibile: Aplio 300/400/500 SSA-660A / 680A (Xario / Xario XG / XG 790) SSA-700A / 770A / 780A / 790A (Aplio) cu verificare metrologică	CE
		Total lot 36						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23