



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1534 din " 18 " 04 2019

Oxivit-Med SRL

info@oxivit-med.com

oxivit.medical@gmail.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1551361722582 din 08.04.2019 "Achiziționarea instrumentelor endoscopice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019”, Vă comunică că conform **deciziei din 18.04.2019** oferta D-voastră pentru lotul nr. 6 și 9 nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice, după cum urmează:

Lot.nr.6 Endoscop rigid 30 grade

S-a solicitat material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici, s-a oferit sintetic epoxy -technology...

Lot.nr.9 Cablu pentru electrocoagulare monopolar

Lipsa catalogului aferent ofertei și a mostrei face imposibilă evaluarea tehnica și compatibilitatea cu aparatele specificate în solicitare. Codul oferit corespunde conectorului Valleylab, 8mm, solicitat pinul de 4mm de conectare la aparat VIO, ICC, ACC, Standard utilizat de producatorul aparatelor Erbe aflate în dotare.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) și b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile menționate nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

**Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate**

Ivan Antoci