

Specificații tehnice F- 4.1.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,]							
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____							
Obiectul achiziției: _____							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1: Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale, a. 2024				<p>Setul va include:</p> <p>1.Contraretractor, cu închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p>2.Speculă 40 mm – 1 buc.</p> <p>3.Speculă 45 mm – 1 buc.</p> <p>4.Speculă 50 mm – 1 buc.</p> <p>5.Speculă 55 mm – 1 buc.</p> <p>6.Speculă 60 mm – 1 buc.</p> <p>7.Speculă 65 mm – 1 buc.</p> <p>8.Lamă laterală 35 mm, închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p>9.Lamă laterală 40 mm, închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p>10. Lamă laterală 45 mm, închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p>11.Lamă laterală 50 mm, închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p>12.Lamă laterală 55 mm, închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p>13. Lamă laterală 60 mm, închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p>14. Lamă laterală 65 mm, închidere cu bilă – 1 buc.</p> <p><u>Notă! Speculele și lamele vor fi executate din inox medical și vor avea suprafață antireflectie, de culoare neagră.</u></p> <p>15.Forceps pentru schimbarea lamelor – 1 buc.</p>		

				<p>16.Coș pentru amplasarea și depozitarea speculelor – 1 buc.</p> <p>17. Coș pentru amplasarea și depozitarea lamelor – 1 buc.</p> <p>18.Container pentru sterilizare este un container de bază, cu dimensiuni minime de 590 mm x 285 mm x 135 mm, executat din aluminiu, fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor; prezența obligatorie a două (2) coșuri perforate, care vor fi compatibile cu containerul, din oțel inox. Capacul separat pentru container, executat din aluminiu, va avea lacăt cu click audibil pentru o închidere sigură; fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor, cu 2 spații de retenție și garnitură din silicon pentru filtrele reutilizabile. Spațiile din retenție vor avea o asigurare dublă pentru a evita eliberarea accidentată a filtrelor. Filtrele reutilizabile PTFE, incluse în capac, vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare; în mod obligatoriu, garanția de sterilizare de minim șase (6) luni va fi confirmată prin declarația producătorului. Vor fi incluse etichete de aluminiu, destinate pentru înscrierea denumirii secției specializate.</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț F-4.2.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]											
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____											
Obiectul de achiziției: _____											
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	33100000 – 1	Lotul 1: Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale, a. 2024	set	1					DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, se va efectua în termen de 30 de zile calendaristice, de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____