

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1784119724982 15.07.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator (pentru pozițiile care nu au fost oferite).

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
6	LOT 6 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 μm, 150×4.6 mm, sau echivalent	Coloană EC 150/4.6 NUCLEODUR 100-3 NH2-RP	GERMANIA	MACHER EY-NAGEL Vertrieb GmbH & Co. KG	1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH ₂), echivalent USP L8. 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å.	Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 μm, 150×4.6 mm, 760742.46 1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH ₂). 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å.	CF BROSURA LOT 6

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standard de referință
	(locația Grenoble)						
36	LOT 36 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (locația M.Manole)	Inleturi Inlet Sleeve Bruker	GERMAN IA	Restek GmbH	Glass; GooseNeck; 6,5×78,5×4 mm; Să fie compatibil cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker.	Topaz Liner, Splitless Single Taper Gooseneck 4mm x 6.5 x 78.5 for Varian GCs 5-pk, 23331	CF BROSU RA LOT 36

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 28.07.2026