

CERERE DE PARTICIPARE

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE**

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 din 19.10.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 18.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE**

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:

"Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 din 19.10.2022

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 28.03.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 18.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 din 19.10.2022		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Proteze valvulare cardiace biologice, steril	Proteze valvulare cardiace biologice, steril	Avalus 40021,40023,40025	SUA	Medtronic	Aortice: - Valvă biologică constituită din pericard bovin; - 3 cuspe independente obținute prin tăiere cu laser pentru precizia și uniformitatea coapătăiei, sau construită dintr-o singura foita și sa fie cu trei valve; Procent de coaptare de 100% și minimizare a regurgitarii central; - Design supraanular cu forma anatomică, pentru proprietăți hemodinamice superioare; Sten dublu format din polimer rigid la bază, impregnate cu sulfat de bariu pentru radioopacitate, combinat cu un flexibil în zona cuspelor, pentru preluarea stresului, acoperit cu țesătură poliesterică; - Sten cu profil îngust în zona comisurilor; - Cuspe montate în interiorul stentului pentru a reduce riscul de obstrucție coronară în eventualitatea unor proceduri ulterioare de „valve în valve”; - Să nu conțină component metalice, pentru vizualizare RMN; - Profil redus al valvei pentru a minimiza riscul obstrucției ostiilor coronare; - Inel de coasere pliabil și moale pentru o ușoară penetrare a acului; - Țesut stabilizat la presiune joasă pentru a evita apariția deteriorărilor structurale mecanice, - Tratament de anticalcificare cu acid alfaamino-oleic, cu eficiența demonstrată în timp (20 ani); - Conservare în glutaraldehidă; - Marker radioopaci pe inelul și pe picioarele stentului pentru o bună ghidare a plasării suturilor; - design care să faciliteze plasarea ulterioară de valvă în valvă; - Holder care se îndepărtează ușor (cu un singur fir de prindere); - Dimensiuni pentru poziția aortică: 17-29 mm; - Sizer individual cu mâner de unică folosință; - Inelul să fie marcat pe țesătură- care este zonatracutul de eiecție din ventricol; Cantitatea pentru dimensiunile : - N 21mm -10 buc; N 23mm -12 buc; N 25mm - 3 buc; , va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	Aortice: - Valvă biologică constituită din pericard bovin; - 3 cuspe independente obținute prin tăiere cu laser pentru precizia și uniformitatea coapătăiei, sau construită dintr-o singura foita și sa fie cu trei valve; Procent de coaptare de 100% și minimizare a regurgitarii central; - Design supraanular cu forma anatomică, pentru proprietăți hemodinamice superioare; Sten dublu format din polimer rigid la bază, impregnate cu sulfat de bariu pentru radioopacitate, combinat cu un flexibil în zona cuspelor, pentru preluarea stresului, acoperit cu țesătură poliesterică; - Sten cu profil îngust în zona comisurilor; - Cuspe montate în interiorul stentului pentru a reduce riscul de obstrucție coronară în eventualitatea unor proceduri ulterioare de „valve în valve”; - Să nu conțină component metalice, pentru vizualizare RMN; - Profil redus al valvei pentru a minimiza riscul obstrucției ostiilor coronare; - Inel de coasere pliabil și moale pentru o ușoară penetrare a acului; - Țesut stabilizat la presiune joasă pentru a evita apariția deteriorărilor structurale mecanice, - Tratament de anticalcificare cu acid alfaamino-oleic, cu eficiența demonstrată în timp (20 ani); - Conservare în glutaraldehidă; - Marker radioopaci pe inelul și pe picioarele stentului pentru o bună ghidare a plasării suturilor; - design care să faciliteze plasarea ulterioară de valvă în valvă; - Holder care se îndepărtează ușor (cu un singur fir de prindere); - Dimensiuni pentru poziția aortică: 17-29 mm; - Sizer individual cu mâner de unică folosință; - Inelul să fie marcat pe țesătură- care este zonatracutul de eiecție din ventricol; Cantitatea pentru dimensiunile : - N 21mm -10 buc; N 23mm -12 buc; N 25mm - 3 buc; , va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	ISO, CE
24	Inel semirigid pentru anuloplastie, Mitrale, steril	Inel semirigid pentru anuloplastie, Mitrale, steril	CG Future 638RL28,638RL30,638RL2832,638RL34	SUA	Medtronic	Mitral - inel semirigid cu flexibilitate anteroara pentru plastia valvei mitrale; sa ofere posibilitatea remodelarii posteroare si mentinerea flexibilitatii anteroare; - sa fie marcat in trei puncte:doua dintre marcaje sa corespunda trigoanelor valvei mitrale, iar cel de al treilea sa indice mijlocul dispozitivului; sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului; Cantitatea pentru dimensiunile : N28, N30, N32,N34, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	Mitral - inel semirigid cu flexibilitate anteroara pentru plastia valvei mitrale; sa ofere posibilitatea remodelarii posteroare si mentinerea flexibilitatii anteroare; - sa fie marcat in trei puncte:doua dintre marcaje sa corespunda trigoanelor valvei mitrale, iar cel de al treilea sa indice mijlocul dispozitivului; sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului; Cantitatea pentru dimensiunile : N28, N30, N32,N34, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	ISO, CE
25	Inel semirigid pentru anuloplastie, Tricuspid, steril	Inel semirigid pentru anuloplastie, Tricuspid, steril	Contour 3D 690R28,690R30	SUA	Medtronic	Tricuspid - Inel semirigid pentru plastia valvei tricuspid; - carcas din titaniu; - forma 3D care modelează valva și previne afectarea căilor de conducere; Cantitatea pentru dimensiunile: N28, N30, , va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	Tricuspid - Inel semirigid pentru plastia valvei tricuspid; - carcas din titaniu; - forma 3D care modelează valva și previne afectarea căilor de conducere; Cantitatea pentru dimensiunile: N28, N30, , va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	ISO, CE
32	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	G70A2+ 5076-58/65+ 5076-52/58 IPG G70 DR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58+ LEAD 5076-52/58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 G20A2+ 5076-58/65	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani .	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani .	ISO, CE
33	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	IPG G20 SR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani .	Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani .	ISO, CE
34	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	5071-35 LEAD 5071-35 MYOCARD IS-1 POLYSULFN	SUA	Medtronic	Conector IS-1 Uni /polar; – dimensiuni-35cm; fixare -insurubare ,adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm. – invelis silicon; – eliberare steroizi; – introducător si accesorii in pachet.	Conector IS-1 Uni /polar; – dimensiuni-35cm; fixare -insurubare ,adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm. – invelis silicon; – eliberare steroizi; – introducător si accesorii in pachet.	ISO, CE

35	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	5071-53 LEAD 5071-53 UNI SCREW IN NO SLEEVE W/UCC	SUA	Medtronic	Conector IS-1 Uni / polar – dimensiuni-54cm ,fixare-insurubare,adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm – Invelis silicon – eliberare steroizi – introducător si accesorii in pachet.	Conector IS-1 Uni / polar – dimensiuni-54cm ,fixare-insurubare,adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm – Invelis silicon – eliberare steroizi – introducător si accesorii in pachet.	ISO, CE
36	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	4968-35 CAPSURE® EPI	SUA	Medtronic	Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 cm,Fixarea- ligaturi, Invelis- silicon, Eliberare steroizi-dexametazon natria fosfat, Introducător si accesorii in pachet.	Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 cm,Fixarea- ligaturi, Invelis- silicon, Eliberare steroizi-dexametazon natria fosfat, Introducător si accesorii in pachet.	ISO, CE
38	Petic din PTFE Felit	Petic din PTFE Felit	07837 Petec Ptfel	SUA	Bard	Marimea-15(+,-5)x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm	Marimea-15(+,-5)x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm	ISO, CE
59	Inel rigid pentru anuloplastie N 28	Inel rigid pentru anuloplastie N 28	Profile 3D 680R28	SUA	Medtronic	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 28	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 28	ISO, CE
60	Inel rigid pentru anuloplastie N 30	Inel rigid pentru anuloplastie N 30	Profile 3D 680R30	SUA	Medtronic	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 30	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 30	ISO, CE
61	Inel rigid pentru anuloplastie N 32	Inel rigid pentru anuloplastie N 32	Profile 3D 680R32	SUA	Medtronic	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 32	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 32	ISO, CE
62	Inel rigid pentru anuloplastie N 34	Inel rigid pentru anuloplastie N 34	Profile 3D 680R34	SUA	Medtronic	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 34	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 34	ISO, CE
63	Inel rigid pentru anuloplastie N 36	Inel rigid pentru anuloplastie N 36	Profile 3D 680R36	SUA	Medtronic	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 36.	Mitrale -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 36.	ISO, CE
64	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 30	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 30	Contour 3D 690R30	SUA	Medtronic	Tricuspid -forma tridimensionala a inelului sa conforme cu geometria normala a inelului anular tricupid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus in înălțime -sa fie marcat cu trei puncte in pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspele -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 30	Tricuspid -forma tridimensionala a inelului sa conforme cu geometria normala a inelului anular tricupid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus in înălțime -sa fie marcat cu trei puncte in pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspele -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 30	ISO, CE

65	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 32	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 32	Contour 3D 690R32	SUA	Medtronic	Tricuspidă -forma tridimensională a inelului să conforme cu geometria normală a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus în înălțime -sa fie marcat cu trei puncte în pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspală -sa permită vizualizarea radiografică a dispozitivului N 32	Tricuspidă -forma tridimensională a inelului să conforme cu geometria normală a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus în înălțime -sa fie marcat cu trei puncte în pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspală -sa permită vizualizarea radiografică a dispozitivului N 32	ISO, CE
66	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 34	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 34	Contour 3D 690R34	SUA	Medtronic	Tricuspidă -forma tridimensională a inelului să conforme cu geometria normală a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus în înălțime -sa fie marcat cu trei puncte în pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspală -sa permită vizualizarea radiografică a dispozitivului N 34	Tricuspidă -forma tridimensională a inelului să conforme cu geometria normală a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus în înălțime -sa fie marcat cu trei puncte în pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspală -sa permită vizualizarea radiografică a dispozitivului N 34	ISO, CE
67	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 36	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 36	Contour 3D 690R36	SUA	Medtronic	Tricuspidă -forma tridimensională a inelului să conforme cu geometria normală a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus în înălțime -sa fie marcat cu trei puncte în pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspală -sa permită vizualizarea radiografică a dispozitivului N 36	Tricuspidă -forma tridimensională a inelului să conforme cu geometria normală a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus în înălțime -sa fie marcat cu trei puncte în pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspală -sa permită vizualizarea radiografică a dispozitivului N 36	ISO, CE
76	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară	5833SL Surgical Cable, Disposable, Small Clips 3,66	SUA	Medtronic	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare de 3 metri	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare de 3 metri	ISO, CE
77	Petic din PTFE Felt	Petic din PTFE Felt	07837 Petec Ptfē felt	SUA	Bard	Petic din PTFE Felt. Mărimea 15x15cm 1-1.65mm	Petic din PTFE Felt. Mărimea 15x15cm 1-1.65mm	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 din 19.10.2022								
Obiectul achiziției:				Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Proteze valvulare cardiace biologice, steril	Proteze valvulare cardiace biologice, steril	25	bucată	47 355.00	47 355.00	1 183 875.00	1 183 875.00		33100000-1	-	-
24	Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril	Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril	30	bucată	9 020.00	9 020.00	270 600.00	270 600.00		33100000-1	-	-
25	Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspid, steril	Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspid, steril	10	bucată	9 020.00	9 020.00	90 200.00	90 200.00		33100000-1	-	-
32	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	10	bucată	19 078.50	19 078.50	190 785.00	190 785.00		33100000-1	-	-
33	Electrocardiostimulator, steril	Electrocardiostimulator, steril	5	bucată	13 524.00	13 524.00	67 620.00	67 620.00		33100000-1	-	-
34	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	5	bucată	14 781.53	14 781.53	73 907.65	73 907.65		33100000-1	-	-
35	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	5	bucată	14 781.53	14 781.53	73 907.65	73 907.65		33100000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVITMED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

36	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	5	bucată	14 781.53	14 781.53	73 907.65	73 907.65
38	Petic din PTFE Felit	Petic din PTFE Felit	20	bucată	4 059.00	4 870.80	81 180.00	97 416.00
59	Inel rigid pentru anuloplastie N 28	Inel rigid pentru anuloplastie N 28	10	bucată	9 020.00	9 020.00	90 200.00	90 200.00
60	Inel rigid pentru anuloplastie N 30	Inel rigid pentru anuloplastie N 30	30	bucată	9 020.00	9 020.00	270 600.00	270 600.00
61	Inel rigid pentru anuloplastie N 32	Inel rigid pentru anuloplastie N 32	30	bucată	9 020.00	9 020.00	270 600.00	270 600.00
62	Inel rigid pentru anuloplastie N 34	Inel rigid pentru anuloplastie N 34	8	bucată	9 020.00	9 020.00	72 160.00	72 160.00
63	Inel rigid pentru anuloplastie N 36	Inel rigid pentru anuloplastie N 36	5	bucată	9 020.00	9 020.00	45 100.00	45 100.00
64	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 30	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 30	3	bucată	9 020.00	9 020.00	27 060.00	27 060.00
65	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 32	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 32	3	bucată	9 020.00	9 020.00	27 060.00	27 060.00
66	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 34	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) N 34	5	bucată	9 020.00	9 020.00	45 100.00	45 100.00

DDP - Franco destinație vămuit,
Incoterms 2020, pe parcursul
anului 2023 începând cu data
de 01.01.2023 în termen de
până la 30 de zile de la
solicitarea scrisă a
beneficiarului.

[illegible]

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

67	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 36	Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspidă (Contour 3D) N 36	5	bucată	9 020.00	9 020.00	45 100.00	45 100.00	33100000-1	-	-
76	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara	10	bucată	1 886.00	2 263.20	18 860.00	22 632.00	33100000-1	-	-
77	Petic din PTFE Felt	Petic din PTFE Felt	8	bucată	6 088.50	7 306.20	48 708.00	58 449.60	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							3 066 530.95	3 096 280.55			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 din 19.10.2022
adresa: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului;
- Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018

Data completării: 18.10.2022

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)

OXIVIT MED

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi S.C. OXIVIT-MED S.R.L ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 din 19.10.2022 privind Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023

La solicitarea autorității contractante ne obligăm să prezentăm numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în termen de 15 zile. Ne asumăm riscul respingerii ofertei în caz de neprezentare în termen a numărului de înregistrare la AMDM.

Data completării: 18.10.2022

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L

(semnătura)