

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21018900	Data: 06.02.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației:	Servicii de deservire și mentenanță preventivă a utilajului medical 2020 REPETAT		Pagina: 1-2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50400000-9	1. Sterilizator cu aburi, Melag, Euroclav 23S	Euroclav 23S	Germania	Melag	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Înspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Înspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	ISO, CE
	2. Sterilizator cu aburi, Melag, Euroclav 23S	Euroclav 23S	Germania	Melag	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Înspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Înspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	

	3. Sterilizator cu aburi, Melag, Euroclav 23S	Euroclav 23S	Germania	Melag	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	
	4. Sterilizator cu aburi, Melag, Euroclav 23S	Euroclav 23S	Germania	Melag	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	-Lucrări de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 6 ori pe an. -Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia. -Curațarea părților de lucru. -Dezinfectarea și curățarea părților funcționale. -Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis. -Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor. -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. -Calibrarea dispozitivului.	

Semnat: _____

Numele Prenume: Moldoveanu Ruxanda

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „POLISANO PRIM” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Costiujeni 6/2