

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21057125 din 02.06.2022**Obiectul de achiziție: Manometru (Vacuumetru)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Manometru (Vacuumetru)	VD81	Germania	Thyracont Vacuum Instruments GmbH	Manometru(Vacuumetru) Principiul de măsurare: Piezorezistiv sau echivalentul, tipul de gaz – aer, azot, argon Interval de măsurare:1600 – 1000 Precizie 0,3%; Rezoluție 1 mbar, Rata de măsurare 1,0 s Temperatura de funcționare - 300 K Afișaj informații - afișaj digital LCD Alimentare - baterii interne + sursă externă Conexiune de alimentare de tip cablu jack de 2,5 mm Racord de vid: Flanșă DN 16 ISO KF, G1/4 duze mamă sau furtun	Manometru(Vacuumetru) Principiul de măsurare: Piezorezistiv, independent de tipul de gaz Interval de măsurare 1600 - 1 mbar (1200 - 1 Torr) Max. Suprasarcina 4 bar abs. Precizie 0,3% f. s. Rezoluție 1 mbar Rata de măsurare 1,0 s (0,1 s dacă rata de înregistrare este setată corespunzător) Rata de înregistrare 0,1 s, 1 ... 6000 s Materiale Cu Vac. Contact Oțel inoxidabil 1.4305, ceramică Al₂O₃, FKM Temperatura de operare +5...+50 °C Temperatura de depozitare -20...+60 °C Alimentare Baterie de 9 V sau externă 12...15 VDC Consum de energie Aprox. 2 mW (tactat) Timp de funcționare Baterie Li: <5000 h, 6LR61 alcalină: <2500 h Baterie reîncărcabilă NiCd 150mAh: <500 h Interfață serială Mini-USB, tip B, 5 pini, femeie, protocol Virtual Com Port Conexiune electrică Mini-jack de 2,5 mm pentru alimentare Racord de vid Flanșă mică DN 16 ISO KF, G1/4 mamă sau duză pentru furtun (accesoriu VD81SW1) Display LCD 12 mm Clasa de protecție IP40 Greutate Aprox. 200 g (baterie inclusa)	ISO, CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director**Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 2**