

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) nr. 21021504						Data: „02” Aprilie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	"Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2020 (loturile neachiziționate)"					Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 3: Reagenți imunologici pentru investigații imuno-diagnostice ELISA						
2	33696500-0	Anti-HBs Ag (96 teste)	I231-1271	SUA	ACON	Cerințe generale* de asemenea să fie inclus, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Cerințe generale* de asemenea să fie inclus, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Certificat ISO
4	33696500-0	Hbcor sumar (96 teste)	I231-1081	SUA	ACON	Cerințe generale* de asemenea să fie inclus, în afară de controlul ”+” și ”-” calibratori	Cerințe generale* controlul ”+” și ”-”	Certificat ISO
5	33696500-0	Hbcor IgM (96 teste)	02.12	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale* de asemenea să fie inclus, în afară de controlul ”+” și ”-” calibratori	Cerințe generale* controlul ”+” și ”-”	Certificat ISO
7	33696500-0	HCV IgM (96 teste)	02.20	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale* de asemenea să fie inclus, în afară de controlul ”+” și ”-” calibratori	Cerințe generale* controlul ”+” și ”-”	Certificat ISO
8	33696500-0	HDV sumar (96 teste)	HDV sumar	SUA	ACON	Cerințe generale* de asemenea să fie inclus, în afară de controlul ”+” și ”-” calibratori	Cerințe generale* controlul ”+” și ”-”	Certificat ISO
10	33696500-0	Mycoplasma homis IgM (96 teste)	K106M	Federația Rusă	HEMA	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Set cu 96 teste, controlul ”+” și ”-”	Certificat CE, ISO
11	33696500-0	Chlamydia IgM (96 teste)	K105M	Federația Rusă	HEMA	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Set cu 96 teste, controlul ”+” și ”-”	Certificat CE, ISO
12	33696500-0	Ureaplasma urealyticum IgM (96 teste)	13.05	Federația Rusă	EKOLAB	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Set cu 96 teste, controlul ”+” și ”-”	Certificat CE, ISO
15	33696500-0	VHS (Virus Herpes Simplex I/II) IgM (96 teste)	I231-1201	SUA	ACON	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Certificat CE, ISO
16	33696500-0	EBV (Epstein-Barr Virus) IgM (96 teste)	TK052	UCRAINA	Vitrotest Bioreagent	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Set cu 96 teste, controlul ”+” și ”-”	Certificat ISO
21	33696500-0	Echinococcus IgG (96 teste)	TK066	UCRAINA	Vitrotest Bioreagent	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Set cu 96 teste, controlul ”+” și ”-”	Certificat ISO
27	33696500-0	CA 242 (96 teste)	K243	Federația Rusă	HEMA	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Set cu 96 teste, calibratori și ajustori incluși în kit	Certificat CE, ISO
		Lotul 4: Reactivi pentru cercetarea sistemului de hemostază pentru analizatorul semiautomat Thrombotimer II						

4.1	33696500-0	Material de control hemostază nivel patologic scăzut, volum fl.1 ml, compatibil pentru aparatul Thrombotimer II	P6101-010-10flX1ML	Germania	TECO	Cerințe generale: Seturile de reagenți să fie în mod obligator compatibile aparatului de testare Thrombotimer II. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 15 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Nota: 1. Prioritatea se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă specificitate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător. 2. În mod obligator ofertanții vor instala din cont propriu programele de citire la analizator a seturilor incluse în lista de mai sus. 3. Ofertanții vor demonstra ca reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). 4. Ofertanții obligator își vor onora livrările în maxim 20 zile calendaristice de la încheierea contactului.	Cerințe generale: Seturile de reagenți să fie în mod obligator compatibile aparatului de testare Thrombotimer II. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 15 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Nota: 1. Prioritatea se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă specificitate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător. 2. În mod obligator ofertanții vor instala din cont propriu programele de citire la analizator a seturilor incluse în lista de mai sus. 3. Ofertanții vor demonstra ca reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). 4. Ofertanții obligator își vor onora livrările în maxim 20 zile calendaristice de la încheierea contactului.	Certificat CE, ISO
4.2	33696500-0	Material de control hemostază nivel normal, volum fl. 1 ml, compatibil pentru aparatul Thrombotimer II	P6001-01010flX1ML	Germania	TECO			

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9