

05.03.2026

Catre IMSP SCR Timofei Mosneaga

## Planul de mentenanta

Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Artis Zee biplane, in conformitate cu instructiunea de mentinere.

| NN | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                | Lunile anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|    |                                                                                                                                                     | 1                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  | Testarea funcțiilor de securitate , de anulare a mișcării cînd au fost apăstate butoanele și microîntrerupătoarele de securitate.                   | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 2  | Controlul funcției blocului de conexiție la rețeaua electrică.                                                                                      | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 3  | Inspecția vizuală a tuturor componentelor                                                                                                           | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| 4  | Masa pacientului.Curațirea și ungerea pieselor mecanice a masei pacientului. Testarea și ajustarea mesei. Testarea forței de stringere cu podeaua . | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 5  | Stend. Curațirea și ungerea pieselor mecanice a Stendului. Testarea și ajustarea Stendului. Testarea forței de stringere cu podeaua .               | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 6  | Testarea și ajustarea sistemului Monitor și radioprotecție suspendate                                                                               | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 7  | Evaluarea greșelilor în rapoarte și eliminarea greșelilor.                                                                                          | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| 8  | Curațirea computerului IVS Smart și testarea lui. Lucrări de configurație a conexiunilor, controlul calității imaginilor.                           | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 9  | Profilactica cabinetului de control,ajustarea mișcărilor stendului.                                                                                 | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 10 | Profilactica sistemului de racire, alimentare cu apa .                                                                                              | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 11 | Profilactica Generatorului, controlul tubului                                                                                                       |                                                             |   |   |   | ● |   |   |   |   |    | ●  |    |
| 12 | Completarea actelor și documentelor                                                                                                                 | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| 13 | Alte servicii necesare: Chemările, diagnostica, reparații curente fără piese de schimb, instalarea înnoierilor de programe.                         | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |

, Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Artis Zee Floor, in conformitate cu instructiunea de mentinere.

| NN | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                | Lunile anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|    |                                                                                                                                                     | 1                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  | Testarea funcțiilor de securitate , de anulare a mișcării cînd au fost apăstate butoanele și microîntrerupătoarele de securitate.                   | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 2  | Controlul funcției blocului de conexiție la rețeaua electrică.                                                                                      | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |
| 3  | Inspecția vizuală a tuturor componentelor                                                                                                           | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| 4  | Masa pacientului.Curațirea și ungerea pieselor mecanice a masei pacientului. Testarea și ajustarea mesei. Testarea forței de stringere cu podeaua . | ●                                                           |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |



[illegible]

**Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Somatom Definition 128 s/n 66414, in conformitate cu instructiunea de mentinere.**

[illegible]

**Specificația lucrărilor pentru deservirea tehnică a aparatului Siemens Magnetom Skyra s/n 45415 în conformitate cu instrucțiunile de mentenanță.**

[illegible]

**Specificatia lucrarirol pentru deservirea tehnica a aparatului Luminos DRF s/n 4119.4120,4121.4123 in conformitate cu instructiuni de mentinere**

[illegible]

**Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Mobicet XP digital s/n 3672.3668 în conformitate cu instrucțiunea de mentinere**

| NN                                                                                                                         | Denumirea lucrărilor                                                                   | Lunile anului (ciclul începe cu date semnării contractului) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                                                                                            |                                                                                        | 1                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1                                                                                                                          | Testarea funcțiilor de securitate. Testarea butoanelor la consola.                     | ●                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2                                                                                                                          | Curațirea și ajustarea monitului, cabinetului electronic                               | ●                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3                                                                                                                          | Calibrarea detectorului                                                                | ●                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4                                                                                                                          | Testarea cu Quality Assurance-Constansy test<br>Evaluarea calității imaginii           | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| 7                                                                                                                          | Completarea actelor și documentelor                                                    | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| 8                                                                                                                          | Alte servicii necesare: Chemările, diagnostica, reparații curente fără piese de schimb | ●                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a imprimantei Drystar 5302 în conformitate cu instructiunea de mentinere |                                                                                        |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

**Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a imprimantei Drystar 5302 în conformitate cu instructiunea de mentinere**

[illegible]