

## Specificații tehnice

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b>	<b>Achizitii.md ID 21074636, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1677485574885 din "23" martie 2023</b>
<b>Obiectul achiziției:</b>	<b>Reactivi și consumabile pentru LCCM microbiologie</b>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
64	Staphylococcus aureus ATCC 6538	0485P_S.AUREUS ATCCreg; 6538trade	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru..	0485P_S.AUREUS ATCCreg; 6538trade; KWIK-STIK. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. <b>Kit = ambalaj (2 unitati KWIK-STIK).</b> Conform cerințelor	CE, ISO
83	Lactobacillus casei ATCC 393	0176P_LACTOBACILLUS CASEIATCCreg; 393trade	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	0176P_LACTOBACILLUS CASEIATCCreg; 393trade; KWIK-STIK. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. <b>Buc = 1 unitate KWIK-STIK.</b> Ambalaj: 2 buc. Conform cerințelor	CE, ISO
84	Lactobacillus ramnensis ATCC9595	0989P_L.RHAMNOSUS ATCCreg; 9595trade	SUA	Microbiologics, Inc.	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru..	0989P_L.RHAMNOSUS ATCCreg; 9595trade; KWIK-STIK. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. <b>Buc = 1 unitate KWIK-STIK.</b> Ambalaj: 2 buc. Conform cerințelor	CE, ISO
87	Carduri Vitek BCL	21345_VITEK 2 BCL	SUA	bioMerieux Inc.	cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate.	VITEK® 2 BCL. Cardul de identificare BCL VITEK® 2 este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor aerobe care formează endospori, din familia Bacillaceae. Ambalaj: 20 carduri/kit. Cut = kit. Conform cerințelor. Ref.: 21345	CE, ISO

88	Carduri Vitek YST	21343_VITEK 2 YST	SUA	bioMerieux Inc.	cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate.	VITEK® 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Cut = kit. Conform cerințelor. Ref.: 21343	CE, ISO
89	Carduri Vitek GP	21342_VITEK 2 GP	SUA	bioMerieux Inc.	cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate.	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Cut = kit. Conform cerințelor. Ref.: 21342	CE, ISO
90	Carduri Vitek GN	21341_VITEK 2 GN	SUA	bioMerieux Inc.	cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate.	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Cut = kit. Conform cerințelor. Ref.: 21341	CE, ISO
91	Carduri Vitek ANC	21347_VITEK 2 ID ANC	SUA	bioMerieux Inc.	cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate.	VITEK® 2 ANC. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea anaerobilor și corinebacteriilor (ANC) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a speciilor de microorganisme anaerobe și din genul Corynebacterium cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Cut = kit. Conform cerințelor. Ref.: 21347	CE, ISO
92	Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus	21255_KIT DENSICHECK PLUS STANDARDS	SUA	bioMerieux Inc.	Kit de standarde de turbiditate pentru DensiChek plus (Vitek 2 compact). Ambalaj standart ce contine un set de 4 standarde. Valabile minim 12 luni. Cu certificat de conformitate	21255_KIT DENSICHECK PLUS STANDARDS. Standardele DENSICHEK® Plus sunt utilizate pentru verificarea acurateții măsurătorii aparatului DENSICHEK® Plus. Utilizarea acestor standarde permite monitorizarea acurateții aparatului și confirmă astfel acuratețea suspensiei de organisme. Conținutul kitului: Set de patru standarde: 0,0 (valoare nulă), 0,5, 2,0 și 3,0; Prospectul pachetului. Conform cerințelor	CE, ISO

**Semnat:**

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1