

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Anexa 22

 la Documentatia standard nr 115
din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

 Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1774272149684_23.03.2026**

 Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanță și calificare a echipamentelor de laborator**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de mentenanță și calificare a:						
LOT 19. HPLC (detector UV)	Servicii de calificare și mentenanță pentru - Cromatograf HPLC (detector UV)	NA	NA	WATERS	Servicii de calificare și mentenanță pentru cromatograf HPLC (cu detector UV) În cazul apariției fluctuațiilor de presiune la pompă, se vor înlocui cartușele de admisie unică. Eventualele probleme legate de lipsa de reproductibilitate între injecții vor fi remediate prin înlocuirea portului de injectare.	Ghid de referință EDQM și farmacopee europăna

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
LOT 20. HPLC (detector DAD)	Servicii de calificare și mentenanță pentru - Cromatograf HPLC (detector DAD)	NA	NA	WATERS	Servicii de calificare și mentenanță pentru cromatograf HPLC (cu detector DAD) În cazul apariției fluctuațiilor de presiune la pompă, se vor înlocui cartușele de admisie unică. Eventualele probleme legate de lipsa de reproductibilitate între injecții vor fi remediate prin înlocuirea portului de injectare.	Ghid de referință EDQM și farmacopee europăna

Notă: Pentru realizarea calificării, operatorul economic se va asigura că echipamentele sunt într-o bună stare de funcționare. Kiturile de mentenanță conțin componente supuse uzurii, nu piese de schimb.

Înainte de prestarea serviciilor de mentenanță și calificare, se efectuează o verificare prealabilă a stării de funcționare a echipamentelor. În cazul în care sunt identificate defecțiuni, operațiunile de mentenanță și calificare nu vor fi demarate până la remedierea acestora. Toate aceste informații se vor regăsi într-un deviz de reparație realizat de inginerul de service. Menționăm că aceste servicii fac obiectul unei alte oferte.

Prestarea serviciilor se efectuează de către LABORATORIUM GRUP pe parcursul anului 2026, în termen de 20 de zile de la solicitarea scrisă a Beneficiarului, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 13.04.2026