



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ**

Серія А

№ 006361



СЕРТИФІКАТ

затвердження типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-2778-2011

Виданий 8 вересня 2011 р.

Цей сертифікат, виданий ПАТ "Уманський завод «Мегомметр»", м. Умань, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджений тип засобів вимірювальної техніки "Частотоміри цифрові щитові ЦЧ0205", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером УЗ167-11.

Частотоміри цифрові щитові ЦЧ0205 під час випуску з виробництва підлягають калібруванню.

Рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки.

*Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України*

О.В. Пшеничка

