

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21080300 din 29.05.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 (repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 31						
Set pentru traheostomie transcutana	41.07.14002 - 41.07.14005	China	SCW Medicath Ltd	Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare)	Balonul de joasa presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA	CE
Total lot 31						
Lotul 35						
Sonda Blakmore din cauciuc	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sonda Blakmore din cauciuc	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Declaratie de conformitate
Total lot 35						
Lotul 45						
Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	90cm x 5m, 30 g/m2	Uzbekistan	Fazo-Luxe LLC	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caractenstici fizico-mecanice: cupon - latime 90cm ±1.5cm lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caractenstici fizico-mecanice: - latime 90cm ±0.5cm, lungime 5m; - densitate 30 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului CE, ISO (SM SR EN 14079:2003)	CE
Total lot 45						

Lotul 57						
Măști pentru ventilare O2	5150000040	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	maskă reutilizabilă pentru anestezie, mărimea 4 din silicon medical, să nu conțină latex. Formată dintr-un strat integru și nu conține cavități cu aer. Cu conector de diametru 22mm (Reg1:MP01914, dRAGHER ref2: 2106570-033 ge sau echivalentul)	Mască de respirație, albastră cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Marimea 4	CE
Total lot 57						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**