

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1679580403616 din 03.04.2023						
Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2023)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Reagenți pentru Coagulometru TECO Coatron X Pro						
Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste)	A0230-040	Germania	TECO	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste)	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste)	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj 10X2ml (800teste)	A0511-020	Germania	TECO	Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj 10X2ml (800teste)	Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj 10X2ml (800teste)	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste)	A0590-125	Germania	TECO	IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste)	IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste)	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro", Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste)	A0320-050+ A0350-050	Germania	TECO	Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro", Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste)	Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro", Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste)	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	P6001-010	Germania	TECO	Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	P6101-010	Germania		Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	P8001-005	Germania	TECO	Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" Ambalaj fl-1 ml	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producător	24 200 00	Germania	TECO	Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producător	Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru "TECO Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producător. Amb.cutie 5000buc.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart						
Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specifică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic.	U031-111 (11A)	SUA	ACON	Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specifică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic.	Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specifică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic. Broșura se anexează	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Teste de rutină pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza și Cetone	U031-031 (3K)	SUA	ACON	Teste de rutină pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza și Cetone	Teste de rutină pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza și Cetone. Broșura se anexează	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Teste imunologice cu determinare rapidă la Troponina I.						
Test rapid la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I).	CG2001	China	Getein Biotech	Test rapid la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I).	Test rapid la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 0,3 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele sunt marcate corespunzător(cu inscripție Tn I și Troponina I). Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Teste imunologice cu determinare rapidă la Procalcitonina.						
Test rapid la Procalcitonina. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	GDPCT-402a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Test rapid la Procalcitonina. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	Test rapid la Procalcitonina. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Teste imunologice cu determinare rapidă HBV panel.						

Test rapid HBV panel. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	GDHBV-455a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Test rapid HBV panel. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Test rapid HBV panel. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.Catalogul se anexează.	Certificat ISO; Autorizație
Teste imunologice cu determinare rapidă HBsAg.						
Test rapid HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg).	CGHBS-402a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Test rapid HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg).	Test rapid HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale., pipete, bufer. Casetele sunt marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg). Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO; Autorizație
Teste imunologice cu determinare rapidă HCV						
Test rapid anti-HCV. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV).	GCHCV-402a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Test rapid anti-HCV. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV).	Test rapid anti-HCV. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale, pipete, bufer. Casetele sunt marcate corespunzător(cu inscripție HCV Ab). Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Consumabile de laborator						
Teste termoindicatoare 180oC pentru controlul sterilizării	180/60	Federația Rusă	Marker	Teste termoindicatoare 180oC pentru controlul sterilizării	Teste termoindicatoare 180oC pentru controlul sterilizării. Amb.1000teste cu registru.	Certificat de calitate

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9