

Specificațiile sistemului de reacție	
Temperatura băii de incubație	37 ± 0,1°C (98,6 ± 0,1°F) (circulația apei)
Timp de reacție	3-10 min (pași de 1 min)
Mixer	Ultrasonic

(a) Capacitatea de procesare poate fi redusă din cauza unor condiții cum ar fi diluția probelor, spălarea specială sau întârzieri cauzate de furnizarea probelor.

▣ Specificațiile generale ale sistemului de reacție al unității analitice c 503

📖 **Subiecte asociate**

- Despre unitatea analitică c 503 (126)

Specificațiile sistemului fotometric

Specificațiile sistemului fotometric	
Măsurări per celulă de reacție/10 min	34
Lampa fotometrului	12 V, 50 W
Fotometru	Spectrofotometru cu lungimi de undă multiple
Lungimi de undă	12: 340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 800 nm
Lungime de cale optică	5,0 mm
Interval optic	Absorbanță 0,0-3,3
Linearitate	Până la absorbanță 3,3 (Abs)
Mod optic	Monocromatic și bicromatic

▣ Specificațiile sistemului fotometric al unității analitice c 503

📖 **Subiecte asociate**

- Despre unitatea analitică c 503 (126)