

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102	Data: „ 17 ” martie 2026	Alternativa nr.: Nu se oferă
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)		

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință	Beneficiar
33100000-1	12	Spirometru pentru PC	Spirometru pentru PC	911006 MINISPIR cu set de accesorii	Italia	MIR	Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvasive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da Gama de volum De la 0,025 până la 8 L Eroare de volum ±3% Gama de flux Până la 16 l/s Eroare de flux ±5% Memorizarea tuturor testelor efectuate obligatoriu Parametrii măsurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf Elaborare și printare raport obligatoriu Interfața PC USB/RS 232 Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muşcuri de unica folosință sau turbine cu mușcuri de unică utilizare Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile Minim 5 bucăți Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare obligatoriu	Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvasive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Gama de volum De la 0,025 până la 10 L Eroare de volum ±2,5% sau 50 mL Gama de flux Până la ±16 l/s Eroare de flux ±5% sau 200 mL/s Memorizarea tuturor testelor efectuate Parametrii măsurați FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST, FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FET, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, tI, tE, ti/tTOT, VT/tI, MVV Elaborare și printare raport la imprimanta din dotarea instituției conectată cu PC Interfața PC USB Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate Sunt incluse toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu mușcuri de unica folosință sau turbine cu mușcuri de unică utilizare Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile - 5 bucăți Seringa de calibrare	Numărul de înregistrare AMDM DM000323219	AMT Botanica

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**