

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. 21075923						Data: „18” Aprilie 2023	
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	14	Lampa pentru examinare, brat articulat	Lampa pentru examinare, brat articulat	ACEMSO15F	Italia	ACEM SpA	Lampă pentru examinare, braț articulat Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 200 mm focusabil Indexul de culoare, Ra ≥ 95 Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii da Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Distanța de lucru 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 60 000 lux Miner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii da	Lampă pentru examinare, braț articulat Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz - da, pagina 5 Dimensiunea cîmpului luminous - max 32 cm, pagina 5 focusabil - da, pagina 3, 4 Indexul de culoare, Ra = 98, pagina 5 Temperatura culorii - 4500 K, pagina 5 Ajustarea intensității luminii - da, pagina 5 Cu înălțime reglabilă - 1030-2400 mm (diapazon), pagina 5 Distanța de lucru: 700 - 1500 mm, pagina 5 Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala - da, imagine broșura Baza cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți - da, imagine broșura Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED - da, pagina 3 Timpul de viață a LED-urilor = 60 000 h, pagina 5 Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad - da, Declarație temperatura culorii Braț articulat - da, pagina 5 Nivelul de iluminare la distanță de 1 m = 75 000 lux, pagina 5 Miner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii - da, sterilizabil, pagina 1, pagina 5	Declarație de conformitate, ISO 13485

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ioan-Razvan Carstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS Eyecon Medical SRL Adresa: Chisinau, Piata D. Cantemir 1