

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1704876365338 / 21144150	
Obiectul achiziției: Reactivi de laborator și consumabile medicale / IMSP Centrul de Sănătate Sângerei	

Nr.Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		
4	33696500-0	Soluție p/u diluție	50003763	Cehia	Erba	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de același producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Soluție în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control produse de același producător și sunt compatibile cu analizorul din dotare. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO 13485:2016; ISO 9001:2008;
4	33696500-0	Soluție p/u lizare	50004171	Cehia	Erba	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de același producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Soluție în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control produse de același producător și sunt compatibile cu analizorul din dotare. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO 13485:2016; ISO 9001:2008;
4	33696500-0	Soluție de curățare	50003767	Cehia	Erba	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de același producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Soluție în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control produse de același producător și sunt compatibile cu analizorul din dotare. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO 13485:2016; ISO 9001:2008;
4	33696500-0	Material de control hematologic, 3 neveluri	03D111TA3	France	BIO-TECHNE	Flacoane din sticlă cu capac cu volum de 2 ml. Reactivele, și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volum de 3 ml. În set sunt trei nivele. Reactivele, calibratorii, și materialul de control sunt compatibile ca producători și pot fi aplicate la analizorul din dotare. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO 13485:2016

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA în calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova