

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21072242 din 22.02.2023

Obiectul de achiziție:Articole parafarmaceutice pentru a.2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 45						
Lotul-45. Cateter p-ru Trombectomie	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 6F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 13mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 1,25 ml</p>	CE
Total lot 45						
Lotul 46						
Lotul-46. Cateter p-ru Trombectomie	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 5F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml</p>	CE
Total lot 46						
Lotul 47						
Lotul-47. Cateter p-ru trombectomie	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 4F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml</p>	CE
Total lot 47						

Lotul 48						
Lotul-48. Cateter p-ru Trombectomie	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 3F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în perețele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,10 ml</p>	CE
Total lot 48						
Lotul 49						
Lotul-49. Cateter toracal cu troacar	0200030016	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 16	<p>Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie.</p> <p>Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 16 Fg Lungime 26 cm Număr (ochi) 3</p>	CE
Total lot 49						
Lotul 51						
Lotul-51. Cateter toracal cu troacar	0200030020	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 20	<p>Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie.</p> <p>Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 20 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3</p>	CE
Total lot 51						
Lotul 53						
Lotul-53. Cateter toracal cu troacar	0200030024	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 24	<p>Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie.</p> <p>Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 24 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3</p>	CE
Total lot 53						

Lotul 55						
Lotul-55. Cateter toracal cu troacar	0200030028	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 28	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 28 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
Total lot 55						
Lotul 69						
Lotul-69. Filtru bactericid respirator	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru bactericid respirator	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (spre pacient): Masculin/Femeie Steril: Nu Zona de aplicare Adult Retenție de particule 99.999 % Stil ISO (capătul mașinii) Mascul/Femeie Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	CE
Total lot 69						
Lotul 75						
Lotul-75. Mască	0100008110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (adulți),cu tub, lungimea ±170 cm	Măști de oxigen, adult. cu tub, lungimea 210 cm	CE
Total lot 75						
Lotul 76						
Lotul-76. Mască	0100001122	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (copii)	Măști de oxigen, copii. cu tub, lungimea 210 cm	CE
Total lot 76						
Lotul 77						
Lotul-77. Mască	0100008113	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	pt oxygen nou-născut	Oxygen Mask for nasal/oral supply to infants. Sterile: No	CE
Total lot 77						
Lotul 85						
Lotul-85. Pincet steril	U908-1A	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co. Ltd	p/u coagulare	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner = 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L = 3M	CE
Total lot 85						
Lotul 88						
Lotul-88. Poliester braider neabsorbabil steril	TG 4373	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1(4 metric) cu ac taios ½ 35mm L-75cm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 35 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 88						
Lotul 91						
Lotul-91. Poliester braider neabsorbabil steril	TG 4577	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 30mm	DS: cerc 3/8, ac de tăiere inversă DS 30 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 91						

Lotul 95						
Lotul-95. Poliglactin absorabil steril	LR 0387	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2(5metric)cu ac rotund ½-40mm L-75cm	HRX: ½ cerc, ac cu corp rotund - foarte puternic HRX 40 EP 5 USP 2 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 95						
Lotul 96						
Lotul-96. Poliglactin absorabil steril	LR 0275	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 2/0 (3 metric) L-75 cm cu ac rotund ½- 40 mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 96						
Lotul 97						
Lotul-97. Poliglactin absorabil steril	LV 0269	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 3/0 (2 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ - 30 mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 30 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 97						
Lotul 98						
Lotul-98. Poliglactin absorabil steril	LV 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund 1/2- 40 mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 98						
Lotul 99						
Lotul-99. Poliglactin absorabil steril	LR 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund 1/2- 40 mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 99						
Lotul 104						
Lotul-104. Robinet trei direcțional	CHW002	Slovakia.	CHIRANA T. Injecta, a s		CHIRAWAYTM 3-way stopcock	CE
Total lot 104						
Lotul 108						
Lotul-108. Set p/u cateterizarea ven. Centrale	41.01.10101	China	SCW Medicath Ltd	7F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vari moale conceput pentru a reduce traumele vaselor in timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
Total lot 108						

Lotul 111						
Lotul-111. Sondă Blac-Mora	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Blac-Mora p/u stoparea hemoragiilor gastri	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Declaratie de conformitate
Total lot 111						
Lotul 136						
Lotul-136. Vicril absorabil steril	LV 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1(4metric)cu ac rotund ½ 40mm L-75cm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 136						
Lotul 137						
Lotul-137. Vicril absorabil steril rapid	LV 0276	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ -40mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 137						
Lotul 138						
Lotul-138. Vicril rapid absorabil steril	LV 0535	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP3/0 (metric) cu ac rotund ½ 26mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 26 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 138						
Lotul 147						
Lotul-147. Seringa perfuzor	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T. Injecta, a s	50 ml	50ml transparent BB	CE
Total lot 147						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23