

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649941719279
Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară pentru anul 2022 (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 140-145 cm. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominală 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Lungimea 10, 15, 20, 25, 30 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec.	Biosensors PowerLine™ PWR-1510, PWR-1515, PWR-1520, PWR-1525, PWR-1530, PWR-2010, PWR-2015, PWR-2020, PWR-2025, PWR-2030, PWR-2510, PWR-2515, PWR-2520, PWR-2525, PWR-2530, PWR-2720, PWR-3010, PWR-3015, PWR-3020, PWR-3025, PWR-3030, PWR-3510, PWR-4515, PWR-3520, PWR-3525, PWR-3530, PWR-4010, PWR-4015, PWR-4020, PWR-4025, PWR-4030	Switzerland	Biosensors	Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 140-145 cm. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominală 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Lungimea 10, 15, 20, 25, 30 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec.	Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 142 cm. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominală 6atm., RPB: 14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Lungimea 10, 15, 20, 25, 30 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec.	
Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime de la 8 pina la 25 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului.	Biosensors Rise NC NCB-20008, NCB-20010, NCB-20012, NCB-20015, NCB-20020, NCB-20025, NCB-22508, NCB-22510, NCB-22512, NCB-22515, NCB-22520, NCB-22525, NCB-25008, NCB-25010, NCB-25012, NCB-25015, NCB-25020, NCB-25025, NCB-27508, NCB-27510, NCB-27512, NCB-27515, NCB-27520, NCB-27525, NCB-30008, NCB-30010, NCB-30012, NCB-30015, NCB-30020, NCB-30025, NCB-32508, NCB-32510, NCB-32512, NCB-32515, NCB-32520, NCB-32525, NCB-35008, NCB-35010, NCB-35012, NCB-35015, NCB-35020, NCB-35025, NCB-37508, NCB-37510, NCB-37512, NCB-37515, NCB-37520, NCB-	Switzerland	Biosensors	Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime de la 8 pina la 25 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului.	Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabila 142+- 3 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime de la 8 pina la 25 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 14 atm. Presiune RPB: 20 atm, în funcție de diametrul balonului.	

	37525,NCB-40008 ,NCB-40010 , NCB-40012, NCB-40015,NCB-40020, NCB-40025,NCB-45008, NCB-45010, NCB-45012				
Lot 7. Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- biolimus Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafața abluminală. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043". Diametre disponibile de la 2.25 pînă la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pînă la 36 mm. Presiunea nominală 6 atm. Lungime utilă shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".	BioMatrix Alpha, BMXG 2209, BMXG 2509, BMXG 2709, BMXG 3009, BMXG 3509, BMXG 4009, BMXG 2214, BMXG 2514, BMXG 2714, BMXG 3014, BMXG 3514, BMXG 4014, BMXG 2219, BMXG 2519, BMXG 2719, BMXG 3019, BMXG 3519, BMXG 4019, BMXG 2224, BMXG 2524, BMXG 2724, BMXG 3024, BMXG 3524, BMXG 4024, BMXG 2229, BMXG 2529, BMXG 2729, BMXG 3029, BMXG 3529, BMXG 4029, BMXG 2533, BMXG 2733, BMXG 3033, BMXG 3533, BMXG 2535, BMXG 2735, BMXG 3036, BMXG 3536	Switzerland	Biosensors	Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafața abluminală. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043". Diametre disponibile de la 2.25 pînă la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pînă la 36 mm. Presiunea nominală 6 atm. Lungime utilă shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".	Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafața abluminală. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043". Diametre disponibile de la 2.25 pînă la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pînă la 36 mm. Presiunea nominală 6 atm. Lungime utilă shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".
Lot.11 Ghid periferic hidrofilic, de tip stiff Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretă cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 pînă la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfurului flexibil: 30 mm.	Merit Laureate®.Guide Wire.0.035" LWSTFA35150 LWSTFA35180 LWSTFA35220 LWSTFA35260EX LWSTFA3580 LWSTFA38150 LWSTFA38180 LWSTFA3880 LWSTFS35150 LWSTFS35180 LWSTFS35220 LWSTFS35260EX LWSTFS3580 LWSTFS38150 LWSTFS38180	USA	Merit Medical	Lot.11 Ghid periferic hidrofilic, de tip stiff Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretă cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 pînă la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfurului flexibil: 30 mm.	Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretă cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 pînă la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfurului flexibil: 30 mm
Lot. 17 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică 0.035 Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominală: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introducător de 5-7 Fr (in funcție de diametrele balonului). Marker radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm ² pentru inhibiție neointimală.	BioPath 035 BPTH-35-4020 S, BPTH-35-4040 S, BPTH-35-4060 S, BPTH-35-4080 S, BPTH-35-40100 S, BPTH-35-40120 S, BPTH-35-40150 S, BPTH-35-4020 L, BPTH-35-4040 L, BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L, BPTH-35-40100 L, BPTH-35-40120 L, BPTH-35-40150 L, BPTH-35-5020 S, BPTH-35-5040 S, BPTH-35-5060 S, BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S, BPTH-35-50120 S, BPTH-35-50150 S, BPTH-35-5020 L, BPTH-35-5040 L, BPTH-35-5060 L, BPTH-35-5080 L, BPTH-35-50100 L, BPTH-35-50120 L, BPTH-35-50150 L,	Switzerland	Biosensors	Lot. 17 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică 0.035 Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominală: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introducător de 5-7 Fr (in funcție de diametrele balonului). Marker radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm ² pentru inhibiție neointimală.	Lot. 17 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică 0.035 Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominală: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introducător de 5-7 Fr (in funcție de diametrele balonului). Marker radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm ² pentru inhibiție neointimală.

	<p>BPTH-35-6020 S, BPTH-35-6040 S, BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S, BPTH-35-60100 S, BPTH-35-60120 S, BPTH-35-60150 S, BPTH-35-6020 L, BPTH-35-6040 L, BPTH-35-6060 L, BPTH-35-6080 L BPTH-35-60100 L, BPTH-35-60120 L, BPTH-35-60150 L, BPTH-35-7020 S, BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S, BPTH-35-7080 S, BPTH-35-70100 S, BPTH-35-70120 S, BPTH-35-70150 S, BPTH-35-7020 L, BPTH-35-7040 L, BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L, BPTH-35-70100 L, BPTH-35-70120 L, BPTH-35-70150 L BPTH-35-8020 S, BPTH-35-8040 S, BPTH-35-8060 S, BPTH-35-8080 S, BPTH-35-80100 S, BPTH-35-8020 L, BPTH-35-8040 L, BPTH-35-8060 L, BPTH-35-8080 L, BPTH-35-8010,0</p> <p>BioPath 014</p> <p>BPTH-14-2040 L, BPTH-14-2080 L, BPTH-14-20120 L, BPTH-14-20150 L, BPTH-14- 2040 XL, BPTH-14-2080 XL, BPTH-14-20120 XL, BPTH-14-20150 XL, BPTH-14-2540 L, BPTH-14-2580 L, BPTH-14-25120 L, BPTH-14-25150 L, BPTH-14-2540 XL, BPTH-14-2580 XL, BPTH-14-25120 XL, BPTH-14-25150 XL, BPTH-14-3040 L, BPTH-14-3080 L, BPTH-14-30120 L, BPTH-14-30150 L, BPTH-14-3040 XL, BPTH-14-3080 XL, BPTH-14-30120 XL, BPTH-14-30150 XL, BPTH-14-3540 L, BPTH-14-3580 L, BPTH-14-35120 L, BPTH-14-35150 L, BPTH-14-3540 X,L, BPTH-14-3580 XL, BPTH-14-35120 XL, BPTH-14-35150 XL, BPTH-14-4040 L, BPTH-14-4080 L, BPTH-14-4040 XL, BPTH-14-4080 XL</p>					
TOTAL						

Semnata: _____ Numele, Prenumele: Ostarciuc În calitate de: Director
Ofertantul: Tribestar Farm srl Adresa: c. Stauceni