

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1604499994297 din 21.12.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile pentru laboratorul CSRGM, pentru 2021

Nr. loturilor	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 20	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9cm ² , flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu banda abrazivă pentru marcaj, testul ermetic.	170920	Danemarca	Thermo Scientific (Nunc)	Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația – în scop de diagnostic.	Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația – în scop de cercetare de laborator.	
Lot 21	Flacoane culturale, volum 50ml/25cm ² , sterile, PP, cu gât inclinat	156340	Danemarca	Thermo Scientific (Nunc)	Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	
Lot 39	Camera de hibridizare policarbonat nesterilă, 5/cs pentru lame 25x75 mm reutilizabilă	TDH-500	China	Allsheng	Pentru analiza I-FISH	Dispozitiv cu camera de hibridizare. Pentru analiza I-FISH	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau