

Specificații tehnice (F4.1)								
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:		LP nr ocds-b3wdp1-MD-1767098602670 din 30.12.2025				Data: „15” ianuarie 2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind asigurarea cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz pentru 2026 (repetat 3)				Lot: 1-6		Pagina: __ din _
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7		8
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (adulti)	Interton Move MV470-DW	Danem arca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximă 128 dB și mai mult, Câștigul maximal - 56-80 dB, Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”), Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz, Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5%, Anti-feedback- Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe, Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube). Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.		Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximă: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB, Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6790 Hz, Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%, Anti-feedback (Feedback Manager Plus) -prezent; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: In fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV470-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). In catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adulti)	Interton Move MV490-DW	Danem arca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximă 134 dB și mai mult Câștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator i olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului		Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB, Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz, Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%, Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator i olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: In fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). In catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).
33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (adulti)	Interton Move MV490-DW	Danem arca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximă - 140 dB și mai mult Câștigul maximal- 81dB și mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5100 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator i olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (dupa datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni, Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.		Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB, Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz, Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%, Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator i olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (dupa datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni, Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: In fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). In catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).
33100 00-1	4	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată Copiii (3luni-18ani)	Interton Move MV670-DW	Danem arca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (copii 3 luni-18 ani) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximă 128 dB și mai mult Câștigul maximal 56-80 dB Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele in grup (FM) fără necesitatea in dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback - prezent Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator i olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: In fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV670-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).		Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximă: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB, Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6790 Hz, Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%, Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele in grup (FM) fără necesitatea in dispozitive suplimentare: (Telcooll, DAI) Obligator. Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - (Synchronised Auto-Sterered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent; Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator i olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramme) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 buciți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: In fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV670-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).

33100 00-1	5	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (3luni-18ani)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Leșirea maximală 134 dB și mai mult Câștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc . Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala în termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției:Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni . Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesorile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, leșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%, Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc . Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala în termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției:Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni . Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesorile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorului nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).
33100 00-1	6	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (3luni-18ani)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni-18 ani) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025. Leșirea maximală 140 dB și mai mult Câștigul maximal 81dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”). Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥100 Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 17 și mai mare Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala în termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală ,,moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesorile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, leșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%, Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus)- prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc . Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala în termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală ,,moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesorile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorului nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).
		Semnat:Numele, Prenumele: Serghei Casminin În calitate de: Administrator					
		Ofertantul: Sirexton SRL Adresa: Moldova, Chisinau, bl. Traian 23/1-300					