

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1701500014120								
Denumirea procedurii de achiziție: COP Echipamente medicale/Aparate de fizioterapie								
Autoritatea contractanta: IMSP Centrul de Sanatate Dubasari								
Cod C P	Nr .L ot	Denumirea lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referin
3310000-1	6	Aparat pentru terapie cu ultrasunete	Sonopulse 1MHz și 3MHz	Brazilia	Ibramed	<p>Aparat pentru tratament fizioterapeutic cu ultrasunet, indicat în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local.</p> <p>Programele de tratament pre-programate.</p> <p>Ecran: display grafic LCD;</p> <p>Bivolt 127 și 220 V / 60 Hertz.</p> <p>Modul de emisie: Continuu și pulsat Frecvența ultrasunetelor - 1,0 și 3,0 (+/-10%) MHz</p> <p>Suprafața de lucru a emițătorului, 1 și 3,5 cm²</p> <p>Număr emițători 2 buc.</p> <p>Greutate aproximativă fără accesorii: mai mică sau egal cu 2,2 kg.</p>	<p>Aparat pentru tratament fizioterapeutic cu ultrasunet, indicat în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local.</p> <p>Programele de tratament pre-programate.</p> <p>Ecran: display grafic LCD;</p> <p>Bivolt 127 și 220 V / 60 Hertz.</p> <p>Modul de emisie: Continuu și pulsat Frecvența ultrasunetelor - 1,0 și 3,0 (+/-10%) MHz</p> <p>Suprafața de lucru a emițătorului, 1 și 3,5 cm²</p> <p>Număr emițători 2 buc.</p> <p>Greutate aproximativă fără accesorii: mai mică sau egal cu 2,2 kg.</p>	CE,ISO,Declaratie de conformitate

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova