



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21286328 din 12.11.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 26)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință / Nr. de înregistrare în RS al DM
Lot 16					
Sigilator medical automat pentru pungi sterile	RT 230	Italia Gandus	Sigilator medical automat pentru pungi sterile Descriere: Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile Putere: $\geq 150W$ Display LCD "Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului după detectarea poziționării" da, automat Încărcare: laterală Timp de încălzire: ≤ 10 sec. Temperatura de sigilare: minim 120 - 200°C Viteza de etanșare "nu mai puțin de 10 metri/min."	Sigilator medical automat pentru pungi sterile Descriere: Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile Putere: 500W, pag. 3 Broșură Display LCD – DA, pag. 3 Broșură "Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului după detectarea poziționării" da, automat – DA Încărcare: laterală – DA Timp de încălzire: ≤ 10 sec. – DA, pag. 3 Broșură	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Lățimea maximă de etanșare: min. 10 mm Distanța de etanșare față de margine "Min. 0 - 35 mm, reglabilă" "Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului" da Protecție la supraîncălzire: da Tensiune: 220V, 50Hz	Temperatura de sigilare: 10 - 200°C, pag. 3 Broșură Viteza de etanșare - selectabil de la 6 la 10 m/min, pag. 3 Broșură Lățimea maximă de etanșare: 12 mm, pag. 3 Broșură Distanța de etanșare față de margine "Min. 0 - 35 mm, reglabilă" – DA, pag. 3 Broșură "Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului" – DA, pag. 1 Broșură Protecție la supraîncălzire: - DA Tensiune: 220V, 50Hz – DA, pag. 3 Broșură	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii de pret

Numarul procedurii de achizitie: 21286328 din 12.11.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (lista suplimentara 26)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	16	Sigilator medical automat pentru pungi sterile	Buc.	4	38.700,00	46.440,00	154.800,00	185.760,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
TOTAL							154.800,00	185.760,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.