

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1742464005267 din 26.03.2025						
Obiectul achiziției: teste indicatoare pentru sterilizare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Sterilan 120/45	Ucraina	Norma	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru.	Nu necesită înregistrare. CE
Lot 2 Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	Sterilan UP 120/45	Ucraina	Norma	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru.	Nu necesită înregistrare. CE
Lot 5 Test-indicator sterilizare 121/20 min	Sterilan UP 121/20/ Sterilan 121/20	Ucraina	Norma	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru. 1 set Intern sau extern, la alegere	Nu necesită înregistrare. CE

Lot 7 Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Sterilan 132/20	Ucraina	Norma	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru.	Nu necesită înregistrare. CE
Lot 8 Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Sterilan UP 132/20	Ucraina	Norma	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu 1 registru	Nu necesită înregistrare. CE

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina
În calitate de: Manager vânzări
Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia