

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1621335452942/ 21039735								
Denumirea licitației: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2021 pentru Serviciul medical al MAI								
Lot	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reagenți pentru investigațiile imunologice								
5	33600000-6	HbsAg	EIAHBG1	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	HBsAg ELISA (Hepatitis B Surface Antigen), 96 Teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
6	33600000-6	AntiHBsAg	EIAHBS1	UK	Prestige Diagnostics	Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	ANTI HBs QUANT, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
12	33600000-6	CA-199	120-10	Japan	Fujirebio	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	CanAg CA19-9 EIA, 96 teste in kit, conform cerințelor	Conform cerintelor
13	33600000-6	CA-125	400-10	Japan	Fujirebio	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	CanAg CA125 EIA, 96 teste in kit, conform cerințelor	Conform cerintelor
14	33600000-6	CA-242	101-10	Japan	Fujirebio	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	CanAg CA242 EIA, 96 teste in kit, conform cerințelor	Conform cerintelor
15	33600000-6	CEA	DNOV060	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Enzyme immunoassay for the quantitative, determination of CEA in human serum, 96 teste in kit, conform cerințelor	Conform cerintelor
18	33600000-6	Anti HSV tip 1 IgG	HSV1G0500	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) IgG, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
19	33600000-6	Anti HSV tip 2 Ig G	HSV2G0540	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Herpes simplex Virus 2 (HSV 2) IgG, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
20	33600000-6	Anti Toxoplasma gn. Ig G	TOXG0460	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în	Toxoplasma gondii IgG, 96 teste conform cerințelor	Conform cerintelor
21	33600000-6	Anti CMV IgG	CMVG0110	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în	Cytomegalovirus (CMV) IgG, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
22	33600000-6	Anti Helicobacter pylori IgG	HELG0220	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în	Helicobacter pylori IgG, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor

24	33600000-6	Estradiol	DNOV003	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Estradiol, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
25	33600000-6	Progesteron	DNOV006	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Progesteron, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
26	33600000-6	LH	DNOV030	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	LH, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
27	33600000-6	FSH	EIAFSH1	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	FSH (Follicle Stimulating Hormone) ELISA, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
28	33600000-6	Testosteron	DNOV002	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Testosteron, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
29	33600000-6	PSA	EIAPSA1	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon	PSA, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
30	33600000-6	T3 ,liber	EIAFT31	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon	T3 ,liber 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
31	33600000-6	T4, liber	EIAFT41	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon	T4, liber, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
32	33600000-6	TSH	EIA TSH1	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon	TSH, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
33	33600000-6	Prolactin	DNOV032	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon	Prolactin, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
34	33600000-6	AFP	DNOV033	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon	AFP, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
36	33600000-6	Anti-TPO 96	ATPO1020	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat	Anti-TPO, 96 teste in kit cu conform cerințelor	Conform cerintelor
39	33600000-6	Ascaridis lumbricoides IgG	ASC0020	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Ascaridis lumbricoides IgG, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
40	33600000-6	Toxocara canis IgG	TOCG0450	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Toxocara canis IgG - ELISA, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
41	33600000-6	Chlamidia Tr.IgG	CHLG0070	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Chlamidia Tr.IgG, 96 teste in kit cu calibratori	Conform cerintelor
44	33600000-6	Cortizol	DNOV001	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Cortizol, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor

45	33600000-6	Vitamina D	2130152	Japan	Fujirebio	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	Vitamina D, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
46	33600000-6	SARS-Cov IgM	EIACVM1	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	COVID-19 IgM ELISA, 96 teste conform cerințelor	Conform cerintelor
47	33600000-6	SARS-Cov IgG	EIACVG1	UK	Prestige Diagnostics	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	COVID-19 IgG ELISA, 96 teste conform cerințelor	Conform cerintelor
48	33600000-6	SARS-Cov Spike	CVGQ0970	Germany	Novatec	Marcaj: CE Cerințe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori.	GSD NovaLisa SARS-CoV-2(COVID-19) quantitative IgG, conform cerințelor	Conform cerintelor
Reactivi pentru investigații serologice								Conform cerintelor
70	33600000-6	Țoliclone anti A	70501	France	DIAGAST	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
71	33600000-6	Țoliclone anti B	70502	France	DIAGAST	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
72	33600000-6	Țoliclone anti AB	70503	France	DIAGAST	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
73	33600000-6	Țoliclone anti D super	71010	France	DIAGAST	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
74	33600000-6	Țoliclone anti Kell	74711	France	DIAGAST	Marcaj: CE. Pentru investigații serologice	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Contine ser fetal de vitel. Reactivii sunt ambalati in cutii de 4 sticle de 5 ml	Conform cerintelor
Consumabile								Conform cerintelor
82	33600000-6	Acid sulfosalicilic	18510-3100 0/HS-No. 29182900	Germany	NeoFroxx	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	5-SULFOSALICYLIC ACID dihydrate a.g. 1,0 kg conform cerințelor	Conform cerintelor
86	33600000-6	Dozatoare automat multicanal, 5- 50mcl	DV8-50/ 5122	Polonia	HTL	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. La livrare de prezentat certificatul	Discovery - Multichannel 1 dozator cu 8 canale, conform cerințelor	Conform cerintelor
87	33600000-6	Secundomer	44-06057A000	Italia	Biooptica	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Timer Electronic digital conform cerințelor	Conform cerintelor
90	33600000-6	Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl	4057-D/4055-D/ 4056-D/4059-D	Polonia	HTL	5-50mklposibilitate de autoclavare totală, detașator pentru vîrfuri, marcarea colorată, sa dispuna de număr încorporat de la producător, precizie ± 0,3 - ±0,8 CV% 1,0 - 0,2,	Discovery Comfort- Coloured Shaft 4 dozatoare in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
103	33600000-6	Troponin I, expres metoda	D-TROPD20	UK	RapidLabs	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Troponina I (cTNI) - sânge integral / ser / plasmă. Produse de testare rapidă a markerilor cardiaci, conform cerințelor	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA în calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova