



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21260356 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1721231134298](#) din 23.08.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 4					
Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri	ADELA-1 360 L Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000321598	Turcia Sumer	Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE Parametrii Specificație minimă așteptată 1 Nume generic Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE 2 CAPACITATE Volumul camerei de spălare (convențional 300l), dreptunghiular, orizontală cu încărcare frontală (min. 10 coșuri DIN) min. 300 litri Marimea fizica Dispozitivul trebuie să aibă o latură nu mai mare de 83 cm lățime ca să poată fi	Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE Parametrii Specificație minimă așteptată 1 Nume generic Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE 2 CAPACITATE Volumul camerei de spălare (convențional 300l), dreptunghiular, orizontală cu încărcare frontală (min. 10 coșuri DIN) min. 300 litri – DA, 360 litri, 15 coșuri DIN Marimea fizica Dispozitivul trebuie să aibă o latură nu mai mare de 83 cm lățime ca să poată fi transportat si instalat prin ușile instituției. o latură maxim 83 cm – DA	Declarație de conformitate Certificat CE ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>transportat și instalat prin ușile instituției. o latură maxim 83 cm</p> <p>3 CADRU, CORP, CAMERA DE SPALAT versiunea cu o singură ușă da</p> <p>Camera de spalare din oțel inoxidabil AISI 316L da</p> <p>Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale da</p> <p>țevile și fittingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L da</p> <p>Brațe rotative pentru jetul de apă în interiorul camerei minim 2, sau pe fiecare nivel de rack</p> <p>Min. 2 pompe dozatoare de detergent și dezinfectant da</p> <p>Ventilator motor de uscare, min. 150 m3/h da</p> <p>Pompa de apa, integrată da</p> <p>prize de apă pentru apa rece, caldă și distilată da</p> <p>Spațiu de stocare integrat pentru dezinfectant și detergent da</p> <p>Dacă apare o pană de curent, ușa poate fi deschisă manual. Este prevăzut un dispozitiv de blocare a ușii e pentru a preveni contaminarea încrucișată da</p> <p>4 CICLU Proces de spălare și dezinfecție complet automat, controlat de microprocesor da</p> <p>minim 5 programe prestabilite din fabrică \geq 5 programe</p> <p>minim 10 programe care pot fi programate de utilizator \geq 15 programe în total</p>	<p>3 CADRU, CORP, CAMERA DE SPALAT versiunea cu o singură ușă – DA</p> <p>Camera de spalare din oțel inoxidabil AISI 316L – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>țevile și fittingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Brațe rotative pentru jetul de apă în interiorul camerei minim 2, sau pe fiecare nivel de rack – DA, pag. 1 (image)"Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Min. 2 pompe dozatoare de detergent și dezinfectant – DA, pag. 3 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Ventilator motor de uscare, min. 150 m3/h – DA, pag. 3 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Pompa de apa, integrată – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>prize de apă pentru apa rece, caldă și distilată – DA, pag. 3 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Spațiu de stocare integrat pentru dezinfectant și detergent – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Dacă apare o pană de curent, ușa poate fi deschisă manual. Este prevăzut un dispozitiv de blocare a ușii e pentru a preveni contaminarea încrucișată – DA, pag. 20 "Adela Washer Disinfectors User Manual"</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Interval de temperatură 15-95 °C da Monitorizarea temperaturii cu min. 3 senzori electronici de temperatură de înaltă precizie da Sistem dublu de încălzire: cu abur și electric da Ciclurile minime furnizate de mașina de spălare și dezinfectare trebuie să includă: prespălare, curățare, clătire intermediară, dezinfecție termică/clătire finală, uscare. da mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să aibă un ciclu validat da Ecranul va afișa: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice ale procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da Trebuie să aibă un mod de service pentru testarea de întreținere preventivă și pentru a facilita depanarea. Program de diagnosticare de service încorporat pentru a permite calibrarea sistemului și verificarea operațiunilor componentelor. da 5 SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive da Alarmer: pană de curent, eșec ciclului de dezinfecție da Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și previne scurgerea aburului da Iluminarea interioară a camerei da Butoanele de oprire de siguranță, unul pe partea de încărcare și unul pe partea de descărcare,</p>	<p>4 CICLU Proces de spălare și dezinfecție complet automat, controlat de microprocesor – DA minim 5 programe prestabilite din fabrică ≥ 5 programe – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet" minim 10 programe care pot fi programate de utilizator ≥ 15 programe în total – DA, pag. 26 "Adela Washer Disinfectors User Manual" Interval de temperatură 15-95 °C – DA, 15-110 °C pag. 4 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet" Monitorizarea temperaturii cu min. 3 senzori electronici de temperatură de înaltă precizie – DA, pag. 4 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet" Sistem dublu de încălzire: cu abur și electric – DA Ciclurile minime furnizate de mașina de spălare și dezinfectare trebuie să includă: prespălare, curățare, clătire intermediară, dezinfecție termică/clătire finală, uscare. – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet" mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să aibă un ciclu validat – DA Ecranul va afișa: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice ale procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului – DA, pag. 25 "Adela Washer Disinfectors User Manual" Trebuie să aibă un mod de service pentru testarea de întreținere preventivă și pentru a facilita depanarea. Program de diagnosticare de service încorporat pentru a permite calibrarea sistemului și verificarea operațiunilor</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>oprește automat toată activitatea unității atunci când este apăsat. da</p> <p>Ușa trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da</p> <p>Ușa se blochează pentru a preveni deschiderea da</p> <p>Să dispună opțiunea de măsurare a conductibilității apei în timpul clătirii finale da</p> <p>Controlul nivelului apei prin senzor de nivel și protecție la supraplin da</p> <p>6 AER Aerul folosit la mașina de spălat fără ulei (adică nu trebuie să aibă mai mult de 0,5 mg de ulei pe metru cub de aer liber măsurat la 1013 mbar și 20°C; vezi ISO 554); filtrat la o eficiență de cel puțin 95% atunci când este testat. lipsit de bacterii da</p> <p>Filtru HEPA Clasa H14, încorporat, destinat sistemului de uscare forțată cu aer. da</p> <p>7 Cerințe pentru detergenți, aditivi și compatibilitate cu alți aditivi chimici Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, mașinile de spălat-dezinfectare trebuie să fie deschise pentru a utiliza diferiți detergenți și chimicale, nu doar de la un singur producător da</p> <p>Loc special integrat pentru chimicale și detergenți da</p> <p>pompe de dozare rezistentă produse chimice. da</p>	<p>componentelor. – DA, pag. 30 "Adela Washer Disinfectors User Manual"</p> <p>5 SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive – DA</p> <p>Alarmer: pană de curent, eșec ciclului de dezinfectie – DA</p> <p>Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și previne scurgerea aburului – DA, pag. 42 "Adela Washer Disinfectors User Manual"</p> <p>Iluminarea interioară a camerei – DA, pag. 41 "Adela Washer Disinfectors User Manual"</p> <p>Butoanele de oprire de siguranță, unul pe partea de încărcare și unul pe partea de descărcare, oprește automat toată activitatea unității atunci când este apăsat. – DA, unul prezent pe partea de încărcare și posibilitatea de instalare și pe partea de descărcare</p> <p>Ușa trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori – DA</p> <p>Ușa se blochează pentru a preveni deschiderea – DA</p> <p>Să dispună opțiunea de măsurare a conductibilității apei în timpul clătirii finale – DA</p> <p>Controlul nivelului apei prin senzor de nivel și protecție la supraplin – DA</p> <p>6 AER Aerul folosit la mașina de spălat fără ulei (adică nu trebuie să aibă mai mult de 0,5 mg de ulei pe metru cub de aer liber măsurat la 1013 mbar și 20°C; vezi ISO 554); filtrat la o eficiență de cel puțin 95% atunci când este testat. lipsit de bacterii – DA</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Și detergenții și aditivii utilizați ar trebui să fie compatibili cu alte substanțe chimice utilizate în aceeași etapă a procesului, cât și, în măsura în care este posibil, cu cele utilizate în etapele precedente și ulterioare, pentru a minimiza efectul negativ la intercalare.</p> <p>Agenții de curățare utilizați în mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să fie:</p> <ul style="list-style-type: none"> lichizi (pentru a facilita distribuția precisă); neabraziv; spumare redusă; supus ușor la clătire; biodegradabili. <p>Detergenții nu trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> agenți de colorare artificiali; înălbitori optici; parfumuri; halogenuri la o concentrație în utilizare mai mare de 120 mg/L; săpunuri grase, glicerină sau lanolină; reziduu toxic. da <p>8 PREPARAREA APEI SI CALITATEA încălzire electrică integrată a apei da</p> <p>CARACTERISTICI ELECTRICE</p> <p>9 CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faza da</p> <p>Caracteristici electronice</p>	<p>Filtru HEPA Clasa H14, încorporat, destinat sistemului de uscure forțată cu aer. – DA, pag. 3 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>7 Cerințe pentru detergenți, aditivi și compatibilitate cu alți aditivi chimici Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, mașinile de spălat-dezinfectare trebuie să fie deschise pentru a utiliza diferiți detergenți și chimicale, nu doar de la un singur producător – DA</p> <p>Loc special integrat pentru chimicale și detergenți – DA</p> <p>pompe de dozare rezistentă produse chimice. – DA</p> <p>Și detergenții și aditivii utilizați ar trebui să fie compatibili cu alte substanțe chimice utilizate în aceeași etapă a procesului, cât și, în măsura în care este posibil, cu cele utilizate în etapele precedente și ulterioare, pentru a minimiza efectul negativ la intercalare. – DA</p> <p>Agenții de curățare utilizați în mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să fie:</p> <ul style="list-style-type: none"> lichizi (pentru a facilita distribuția precisă); neabraziv; spumare redusă; supus ușor la clătire; biodegradabili. <p>Detergenții nu trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> agenți de colorare artificiali; înălbitori optici; parfumuri; halogenuri la o concentrație în utilizare mai mare de 120 mg/L; săpunuri grase, 	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>10 Caracteristici electronice Panouri cu ecran multicolor de minim 5 inch dintr-o parte cu butoane sau opțiune de ecran tactil da</p> <p>Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. da</p> <p>Testul de diagnosticare permite verificarea sistemului da</p> <p>Senzor de nivel pentru controlul detergenților și dezinfectanților da</p> <p>Conexiune RS232 pentru acțiuni tehnice da</p> <p>mașinile de dezinfectare sunt controlate de un dispozitiv logic programabil electronic (PLC) care acoperă performanța ciclului, controlul parametrilor și verificarea siguranței procesului da</p> <p>Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri da</p> <p>ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE</p> <p>11 Accesorii/ piese de schimb Kit de întreținere pentru min. 2 ani min. 2 ani</p> <p>Raft multifuncțional cu 2 niveluri minm. Folosit pentru a ține tăvile de instrumente încărcate în timpul procesării de decontaminare da</p> <p>Trebuie să includă un detergent și un dezinfectant pentru minim 100 de cicluri de spălare, inclusiv cicluri de testare. da</p>	<p>glicerină sau lanolină; reziduu toxic. – DA</p> <p>8 PREPARAREA APEI SI CALITATEA încălzire electrică integrată a apei – DA</p> <p>CARACTERISTICI ELECTRICE</p> <p>9 CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faza – DA, pag. 3 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Caracteristici electronice</p> <p>10 Caracteristici electronice Panouri cu ecran multicolor de minim 5 inch dintr-o parte cu butoane sau opțiune de ecran tactil – DA, 7 inch, touchscreen, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. – DA</p> <p>Testul de diagnosticare permite verificarea sistemului – DA</p> <p>Senzor de nivel pentru controlul detergenților și dezinfectanților – DA</p> <p>Conexiune RS232 pentru acțiuni tehnice – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p> <p>mașinile de dezinfectare sunt controlate de un dispozitiv logic programabil electronic (PLC) care acoperă performanța ciclului, controlul parametrilor și verificarea siguranței procesului – DA</p> <p>Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri – DA, pag. 2 "Adela Series Washer Disinfectors Data Sheet"</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Hârtie de imprimantă 10 buc min. 30 buc. Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) 1 Sistem de încărcare (cărucior/troleu), dimensiune ajustată la modelul oferit 2 Cărucioare Coșuri pentru instrumente min. 8 Detergent, dezinfectant, volum min. 25L, pentru min. 500 cicluri Compresor de aer (fara ulei), numai pentru modelele care folosesc aer comprimat da INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE 12 Transport Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală da 13 Instalare Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. da Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul da Furnizorul va efectua conectarea dispozitivului de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată da Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (confom recomandărilor producătorului) va fi asigurat de beneficiar GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE</p>	<p>ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE 11 Accesorii/ piese de schimb: - Kit de întreținere pentru min. 2 ani min. 2 ani – DA, inclus - Raft multifuncțional cu 2 niveluri minm. Folosit pentru a ține tăvile de instrumente încărcate în timpul procesării de decontaminare – DA, inclus Trebuie să includă un detergent și un dezinfectant pentru minim 100 de cicluri de spălare, inclusiv cicluri de testare. – DA, inclus Hârtie de imprimantă 10 buc min. 30 buc. – DA, inclus Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) 1– DA, inclus Sistem de încărcare (cărucior/troleu), dimensiune ajustată la modelul oferit 2 Cărucioare – DA, inclus Coșuri pentru instrumente min. 8 – DA, inclus Detergent, dezinfectant, volum min. 25L, pentru min. 500 cicluri – DA, inclus Compresor de aer (fara ulei), numai pentru modelele care folosesc aer comprimat – DA, inclus INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE 12 Transport Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală – DA 13 Instalare Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. – DA</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>14 Garanție și deservici completă (inclusiv piese de schimb) minim 24 de luni da DOCUMENTAȚIE</p> <p>15 Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. da</p>	<p>Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul – DA</p> <p>Furnizorul va efectua conectarea dispozitivului de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată – DA</p> <p>Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (conform recomandărilor producătorului) va fi asigurat de beneficiar – DA</p> <p>GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE</p> <p>14 Garanție și deservici completă (inclusiv piese de schimb) minim 24 de luni – DA</p> <p>DOCUMENTAȚIE</p> <p>15 Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. – DA</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Anexa nr. 23

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21260356 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1721231134298 din 23.08.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
33100000-1	4	Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 300 litri	Buc.	2	549.000,00	658.800,00	1.098.000,00	1.317.600,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
TOTAL							1.098.000,00	1.317.600,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.