

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21356355, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1738155925513 din ”12” februarie 2025						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a dispozitivelor medicale						

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4. Deservirea dispozitivelor medicale din Secția laborator diagnostic medical						
Deservirea dispozitivelor medicale din Secția laborator diagnostic medical	miniVIDAS®	Franța	bioMérieux SA	Conform cerințelor Lotului 4 din caietul de sarcini (Analizator imunologic Mini VIDAS cu kit de mentenanță)	Mentenanța preventivă. Conform recomandărilor producătorului: nr. reviziei/an - 1. Include piese și reactivi calibrare necesari la revizie. Mentenanța corectivă. Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (include deplasare, manoperă) / la solicitare. Timp de răspuns solicitare (scrisă sau telefonică): 3 ore. Timp de răspuns solicitare on site: 48 ore	Recomandările producătorului, cerințele generale.

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: S.R.L. Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1