

**Specificații tehnice (F4.1)**

Numărul procedurii de achiziție <u>21000787</u> din 28.11.2018
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 3						
	<b>Pin-Laser</b>	Laser Pinning	Korea	Sae Young	Mașina de găurire destinată în laboratoarele dentare pentru fixarea modelelor de gips detașabile. Marcarea pozițiilor pinilor cu ajutorul unui laser. Burghiu d-1.85mm – Set/10 buc. Burghiu d-1.95mm – Set/10 buc. Puterea maximă 450W. Viteza minimă de rotație 5000 rotații/min Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.	Mașina de găurire destinată în laboratoarele dentare pentru fixarea modelelor de gips detașabile. Marcarea pozițiilor pinilor cu ajutorul unui laser. Burghiu d-1.85mm – Set/10 buc. Burghiu d-1.95mm – Set/10 buc. Puterea maximă 450W. Viteza minimă de rotație 5000 rotații/min Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.	ISO 9001:2008

Semnat \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Trofimov Iuri, în calitate de director

Ofertantul, ”MedTehFarm” SRL, Adresa, Chișinău, Bul. negruzzi 3/2.