

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1630666210153

Denumirea procedurii de achiziție:

Articole Parafarmaceutice 2022

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lot 40 - Glucometru	Vivacheck INO X	USA	Vivacheck Laboartories	Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a.Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. EcranLCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar,venos, Volumul probei ≤4μl; f.Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g.Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria 300-500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)	Conform Caietului de Sarcini	CE;ISO
33100000-1		Lot 50 – Manusa AQUA TOTAL Hygiene pre-imbibata cu lotiune hipoalergica				Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica	Conform Caietului de Sarcini	CE;ISO
33100000-1		Lot 74 – Punga pentru vomă, de unică folosință	Vomit BAG	Franta	Cleanis	PUNGA PENTRU VOMA CU BANDA ABSORBANTA,Punga igienica pentru voma cu banda GelMax super absorbanta a fost special conceputa pentru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii,punga absoarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipientelor de voma clasice. Volum-1000 ml	Conform Caietului de Sarcini	CE;ISO
33100000-1		Lot 75 – Pungă pentru ploscă 450 ml, de unică folosință	Bedpan Liner	Franta	Cleanis	Cu substanță praf care în momentul utilizării se transformă în gel și nu provoacă mirosuri neplăcute	Conform Caietului de Sarcini	CE;ISO
33100000-1		Lot 126 – Teste pentru glucometru	Vivacheck Ino N50	USA	Vivacheck Laboartories	Compatibil cu glucometru oferite cu titlu gratuit Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă.	Conform Caietului de Sarcini	CE;ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Eduard APOSTOL** În calitate de: **Director Adjunct**

Ofertantul: "**Pharmony**" SRL Adresa: **Str. Durleşti 4, or. Durleşti, mun. Chișinău, R. Moldova**