

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1671023652971/21069721						
Obiectul achiziției: "Detergenți/Dezinfectanți pentru Sterilizare și mașini de dezinfecție a endoscoapelor – 2023"						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Dezinfectant de uz profesional și Detergent de uz profesional CETD compatibil pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus"						
1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus" (ambalaj ≤ 5L)	Thermosept ED, dezinfectant 5 L 181001	Germania	Shuelke&Mayr	1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus" (ambalaj ≤ 5L). Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid (20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungică. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și	Componenta dezinfectanta pentru reprocesarea chimio-termica a endoscoapelor flexibile si a dispozitivelor medicale Specificația tehnică: 100 g soluție conține următoarele substanțe active: 20 g Glutaraldehida. Alte ingrediente: inhibitori de coroziune, solubilizanți, agenți de complexare. Bactericid EN13727, EN14561; Micobactericid EN14348, EN14563; fungicid EN13624, EN14562; virucid EN14476 Concentrație: 1%/10ml-5 min Concentrat, Lichid	CE/ISO

				Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat.	Compatibil cu detergentul din lotul dat. □ bactericid, fungicid, virucid □ sporicid conform DIN EN ISO 15883-4 □ eficacitate microbiologică cuprinzătoare □ compatibilitate excelentă cu materialele	
1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L)	Thermosept X-tra 5 L 127604	Germania	Shuelke&Mayr	1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus”(ambalaj ≤ 5L). Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri (cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apa rece. (2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare.	Agent de curățare de înaltă performanță ușor alcalin pentru reprocesarea automată a dispozitivelor medicale Compoziție: Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 648/2004: 5 - 15 % surfactanți anionici, < 5 % tensioactivi neionici, < 5 % policarboxilat, enzime. Alte ingrediente: solubilizator, inhibitori de coroziune. Concentrație standard: 0,5 % (5 ml/l) În funcție de gradul de murdărire: 0,3 - 1,0 % (3 - 10 ml/l) Temperatura standard de curățare: aprox. 55°C (30 - 65 °C), timp de curățare aprox. 5 - 10 minute □ performanțe excelente de curățare obținute prin combinația sinergică de substanțe active ale enzimelor și agenților tensioactivi □ formular cu spumă scăzută □ compatibilitate optimizată a materialelor, potrivită și pentru aluminiu anodizat	CE/ISO

					▣ eficiență economică ridicată datorită concentrației scăzute de lucru ▣ pH >10 în soluția de curățare - reducerea riscului în cazul vCJK conform recomandării RKI german (Institutul Robert-Koch) ▣ fara silicati	
2. Detergent alcalin și clătitor neutralizant cu efect lubrifiant pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi înalte.						
2.1. Detergent alcalin compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, anul de producere 2014).	Thermosept X-tra 5 L 127604	Germania	Shuelke&Mayr	Detergent alcalin pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi înalte. Produs concentrat lichid. Componenta după substanță active sau grupe de substanțe: detergent alcalin. Compatibil cu neutralizantul din lotul dat. Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	Agent de curățare de înaltă performanță ușor alcalin pentru reprocesarea automată a dispozitivelor medicale Compoziție: Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 648/2004: 5 - 15 % surfactanți anionici, < 5 % tensioactivi neionici, < 5 % policarboxilat, enzime. Alte ingrediente: solubilizator, inhibitori de coroziune. Concentrație standard: 0,5 % (5 ml/l) În funcție de gradul de murdărire: 0,3 - 1,0 % (3 - 10 ml/l) Temperatura standard de curățare: aprox. 55°C (30 - 65 °C), timp de curățare aprox. 5 - 10 minute Compatibil cu neutralizantul din lotul dat	CE/ISO

				- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, producătorul Antonio MATACHANA SA - anul de producere 2014). Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător).		
2.2. Neutralizator acid compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, anul de producere 2014).	Thermosept NKZ 5 kg 146503	Germania	Shuelke&Mayr	Clătitor neutralizant cu efect lubrifiant pentru mașinile de reprocesare automată a instrumentelor la temperaturi înalte. Produs concentrat lichid. Componenta după substanță activă sau grupe de substanțe: detergent alcalin. Compatibil cu detergentul din lotul dat. Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat până la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	Neutralizator pe bază de acid citric pentru reprocesarea automată a dispozitivelor medicale și a accesoriilor de laborator. □ fără fosfați și agenți tensioactivi □ blând cu materialul □ împiedică formarea de zăcămintă □ optimizează rezultatele curățării după curățarea neutră □ neutralizare eficientă după curățarea alcalină Compoziție: acizi organici Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat până la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la	CE/ISO

				- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, producătorul Antonio MATACHANA SA - anul de producere 2014). Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător).	solicitare autorității contractante) - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Victor Ghereg** În calitate de: Director.

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: mun Chisinau , str. Mesterul Manole 9.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1671023652971/21069721										
Obiectul achiziției: "Detergenți/Dezinfectanți pentru Sterilizare și mașini de dezinfecție a endoscoapelor – 2023"										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33631600-8	Bunuri/servicii									
33631600-8	1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L) <i>Thermosept ED</i>	litri	255	111,482	120,40	28 427,91	30 702,00	La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.		
33631600-8	1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L) <i>Thermosept X-tra</i>	litri	205	300	360,00	61 500,00	73 800,00	La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.		

33631600-8	2.1. Detergent alcalin compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, anul de producere 2014). <i>Thermosept X-tra</i>	litri	400	300	360,00	120 000,00	144 000,00	La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.		
33631600-8	2.2. Neutralizator acid compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, anul de producere 2014). <i>Thermosept NKZ</i>	litri	150	183,334	220,00	27 501,00	33 000,00	La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Victor Ghereg** În calitate de: Director.

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: mun Chisinau , str. Mesterul Manole 9.

