

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1664207048960
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Echipamentelor medicale oftalmologice (repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Autorefractometru Lot 1	KR-9600 Auto Ref/Keratomet	China	Ningbo Ming Sing Optical	Anul producerii 2022. Caracteristici tehnici: Distanța vârfurilor (VD) mm: 0;10 (zece); 12; 13,5; 15. Refracție, sferă (SPH), dioptrii –25,0 până la +22,0; pas 0,12 sau 0,25. Refracție, cilindru (CYL), dioptrii – 10, până la +10,0; pas 0,12; 0,25. Axa (AX), grade 1–180o, pas 1o. Distanța interpupilară, mm 10–85. Diametrul minim al pupilei, mm 2,0. Keratometrie Raza de curbura, mm 5,0–10,2, pas 0,01 Refracția corneei, dioptrii 33,0–67,5; pas 0,12; 0,25. Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,12; 0,25. Diametrul corneei, mm 2–12, pas 0,1. Ieșire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică încorporată. Greutate: 20–22 kg. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.	Anul producerii 2022. Caracteristici tehnici: Distanța vârfurilor (VD) mm: 0.0; ; 12; 13,75; 15. Refracție, sferă (SPH), dioptrii –25,0 până la +22,0; pas 0,12 sau 0,25. Refracție, cilindru (CYL), dioptrii – 10, până la +10,0; pas 0,12; 0,25. Axa (AX), grade 1–180o, pas 1o. Distanța interpupilară, mm 10–85. Diametrul minim al pupilei, mm 2,0. Keratometrie Raza de curbura, mm 5,0–10 pas 0,01 Refracția corneei, dioptrii 33,75–67,5; pas 0,12; 0,25. Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,12; 0,25. Diametrul corneei, mm 2–12, pas 0,1. Ieșire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică încorporată. Greutate: ≈ 18 kg. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.	CE, ISO

				Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2022.	Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2022	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)