

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765797508194 din „15” decembrie 2025						
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile (sistem închis)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 10 - Lot 10//Sistemul microbiologic BioFire FilmArray						
Kit RP (Respiratory Panel) 2.1 Plus IVD (30 tests-1 set)	423740	SUA	BioFire Diagnostics, LLC	Kit RP (Respiratory Panel) 2.1 Plus IVD (30 tests-1 set). Identificarea agenților patogeni din biosubstrate prelevate din tractul respirator prin metoda PCR multiplex	Kit BioFire® Respiratory Panel 2.1 plus (RP2.1plus). Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producători nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat. determinare: Test calitativ automat. Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare. Kitul actual, perfecționat, pentru detectarea și identificarea calitativă simultană a mai multor acizi nucleici virali și bacterieni respiratori înampoane nazofaringiene obținute de la indivizi suspecți de infecții ale tractului respirator, inclusiv COVID-19. 30 teste/kit. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiuni de utilizare în limba RO	CE, ISO DM000837002 din 01.08.2025
Kit GI (Gastrointestinal) Panel IVD (30 tests-1 set)	RFIT-ASY-0116	SUA	BioFire Diagnostics, LLC	Kit GI (Gastrointestinal) Panel IVD (30 tests-1 set). Identificarea agenților patogeni din biosubstrate prelevate din tractul gastrointestinal, prin metoda PCR multiplex	Kit FilmArray® Gastrointestinal (GI) Panel. Metoda de determinare: Test calitativ automat. Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare. Este capabil să detecteze și să identifice simultan acizii nucleici din mai multe bacterii, viruși și paraziți direct din probele de scaun din mediul de transport Cary Blair, obținute de la indivizi cu semne și/sau simptome de infecție gastrointestinală. 30 teste/kit. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiuni de utilizare în limba RO.	CE, ISO DM000815458 din 14.03.2025
Lotul nr. 11 - Lot 11//Analizator microbiologic, VITEK						
Set de reagenți pentru identificarea microorganismelor gram-negative (1 set-20 teste)	21341. VITEK® 2 GN	SUA	bioMérieux, Inc.	Set de reagenți pentru identificarea microorganismelor gram-negative (1 set-20 teste)	Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germeilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. 1kit=20carduri. 300teste=300carduri=15kituri 21341. VITEK® 2 GN	CE, ISO DM000306627 din 07.05.2021
Set de reagenți pentru identificarea microorganismelor gram-pozitive(1 set-20 teste)	21341. VITEK® 2 GN	SUA	bioMérieux, Inc.	Set de reagenți pentru identificarea microorganismelor gram-pozitive(1 set-20 teste)	Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germeilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. 1kit=20carduri. 200teste=200carduri=10kituri 21342. VITEK® 2 GP	CE, ISO DM000306628 din 07.05.2021
Set de reagenți pentru identificarea sensibilității la antibiotice a microorganismelor gram-negative(1 set-20 teste)	424498. VITEK®2 AST-N437 424502. VITEK®2 AST-N440 424501. VITEK®2 AST-N439 424499. VITEK®2 AST-N438	SUA	bioMérieux, Inc.	Set de reagenți pentru identificarea sensibilității la antibiotice a microorganismelor gram-negative (1 set-20 teste)	VITEK®2 AST - N437- Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK®2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK®2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor, împachetare: 1kit=20carduri. VITEK®2 AST - N440 - Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK®2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK®2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor, împachetare: 1kit=20carduri. VITEK®2 AST-N439 - Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK®2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK®2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor, împachetare: 1kit=20carduri. VITEK®2 AST-N438 - Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK®2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK®2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram- negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor, împachetare: 1kit=20carduri.	CE, ISO ref. 424498, VITEK®2 AST-N437, DM000654167 din 09.11.2023 ref. 424502, VITEK®2 AST-N440, DM000654171 din 09.11.2023 ref. 424501, VITEK®2 AST-N439, DM000654170 din 09.11.2023 ref. 424499, VITEK®2 AST-N438, DM000654168 din 09.11.2023
Set de reagenți pentru identificarea sensibilității la antibiotice a microorganismelor gram-pozitive(1 set-20 teste)	423050. VITEK®2 AST - P659 423051. VITEK®2 AST-P658	SUA	bioMérieux, Inc.	Set de reagenți pentru identificarea sensibilității la antibiotice a microorganismelor gram-pozitive(1 set-20 teste)	VITEK®2 AST- P659 - Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor, împachetare: 1kit=20carduri. VITEK®2 AST- P658 - Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor, împachetare: 1kit=20carduri. 200teste=200carduri=10kituri repartizate în felul urmator:	ref. 423050, VITEK®2 AST-P659, DM000528307 din 05.06.2023 ref. 423051, VITEK®2 AST-P658, DM000528308 din 05.06.2023

Soluție salină (VI204), 1 set=3 flacoane	VI204	Franta	bioMérieux, SA	Soluție salină (VI204), 1 set=3 flacoane	Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Set = 3 flacoane	Nu este dispozitiv medical (nu necesită înregistrare la AMDM)
Tuburi din polisteren 12x75 mm pentru analizatorul Vitek 2 Compact (69285), 1 cutie=2000 tuburi	TUBURI DE POLISTIRENA (UNSENSITIZED TUBES 12X75 mm), 69285	Franta	bioMérieux, SA	Tuburi din polisteren 12x75 mm pentru analizatorul Vitek 2 Compact (69285), 1 cutie=2000 tuburi	69285_TUBURI DE POLISTIRENA (UNSENSITIZED TUBES 12X75 mm). Clare, pentru analizatorul VITEK® 2 . Set = 1 cutie x 2000 bucăți	Nu este dispozitiv medical (nu necesită înregistrare la AMDM)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: director
Ofertantul: SRL "Mediclim AM" Adresa: Mun. Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1