

Specificarea tehnică

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Lot nr.1 „Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie”	
Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie – 2 canale de electroterapie, 1 canal de ultrasunet, 1 canal de laser. CARACTERISTICI PRINCIPALE: • Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Bază de date pacienți; • Suport mobil. ELECTROTHERAPIE • Spectru complet de forme de curent de medie și joasă frecvență și variațiile lor; • Secvențe programabile; • Mod de lucru Curent constant și Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum; TERAPIE CU ULTRASUNETE • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual la contactul cu pacientul; • Aplicatori multifrecvență: 1 și 3 MHz; TERAPIE LASER • Gamă variată de sonde laser tip creion și tip duș în spectru roșu, infraroșu și combinate; • Opțiune de terapie continuă și pulsatile; • Recalcularea automată a parametrilor terapiei; • Acupunctură laser și frecvențe Nogier; SPECIFICAȚII TEHNICE: - Alimentare la rețea : 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz; ELECTROTHERAPIE - Canale de electroterapie – 2; TERAPIE CU ULTRASUNETE - Frecvență modular: 10–150 Hz; - Coeficient de utilizare : 5%–100%; - Intensitate maximă în mod continuu : 2 W/cm²; - Intensitate maximă în mod pulsatile : 3 W/cm². TERAPIE LASER - Mod de lucru continuu și pulsatile; - Dozare: 0.1–100 J/cm²; - Frecvență: 0–10 000 Hz; - Zonă terapeutică: 0.1–100 cm²; - Coeficient de utilizare: 5%–100%; - Clasă laser: 3B.	Intelect Neo , Producator Chattanooga Da, modul Stim 1/2, modul Ultrasound, Modul Laser Da, 10,4 inch Da, Clinical Protocol Setup (CPS) Da Da, trofeu ELECTROTHERAPIE Da, peste 30 de forme de unda Da Da Da, optional TERAPIE CU ULTRASUNETE Da, indicator luminous Da, 1 si 3 MHz TERAPIE LASER Da, diferite dimensiuni, rosu/infrarosu Da, Tratament continuu sau pulsatile Da Da SPECIFICAȚII TEHNICE: Da, 100-240 V, 50-60 Hz ELECTROTHERAPIE Da, Stim ½ TERAPIE CU ULTRASUNETE Frecvență 16 Hz, 48 Hz, or 100 Hz Coeficient de utilizare 10%, 20%, 50% and 100% Intensitate maximă în mod continuu : 2.5 W/cm ² ; Intensitate maximă în mod pulsatile : 3 W/cm ² TERAPIE LASER Da 100-1440 mW 8 Hz - 10000 Hz Maxim 31 cm ² Da Da, 3B
Lot nr.3 „ Dispozitiv electroterapie cu 2 canale”	
Dispozitiv electroterapie cu 2 canale – 2 canale de electroterapie. CARACTERISTICI PRINCIPALE: • Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Portabilitate și operare autonomă; • Suport mobil; • Cea mai variată selecție de forme de curent disponibile pe piață;	Intelect Mobile 2 cu 2 canale, Producator Chattanooga CARACTERISTICI PRINCIPALE Da, touch screen 7 inch Da, protocoale si biblioteca Da, portabil Da, trofeu Da, diverse forme de unda

Anexa 1

• Secvențe programabile; • Terapie de înaltă tensiune; • Mod de lucru Curent constant și Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum; SPECIFICAȚII TEHNICE: - Alimentare la rețea : 100–240 V/AC, 50–60 Hz; - Canale de electroterapie : 2;	Da Da Da, Continuu Da, optional SPECIFICAȚII TEHNICE: Da, 100-240V AC Da, 2 canale
---	---

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan **În calitate de:** Director

Ofertantul: IM “Dutchmed-M” SRL

Adresa: or. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807-808