

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1678893907083 din 17.04.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
13	Lampa chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	LD20.52 cu camera + Medical Image Recorder	Turcia	INSPITAL MEDIKAL TEKNOLOJİ A.Ş.	Lampa chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate). Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți. Parametrul Specificația. Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K, reglabilă, Reglarea intensității luminei, da Indexul de culoare ≥ 95, Dimensiunea câmpului, cm, - Focusabil da, - Diametrul 24-34 cm, - Adâncimea ≥ 80 cm, - Distanța de lucru 0.7-1.5 m - Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 130 000 lux Rotația 70 grade, Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C, Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate, Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Sistemului de telemedicină - da Sistem a camerei video - min. Full HD, încorporată în lampă, prin cablu sau wireless cu posibilitate de transmitere a imaginii pe monitor. Sistemul de înregistrare video min. 3 ore Înălțimea podului 3-4 m. Altele: Garanție ≥ 2 ani, Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Transportare la locul necesar - da. Instalarea și testarea la locul necesar - da Deservire în perioada de garanție și postgaranție - da. Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc.	Vezi Anexa Nr.1. Modelul oferit - LD20.52 cu camera + Medical Image Recorder. Inregistrat în RM cu nr. DM000285188	CE, ISO

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**

Anexa Nr.1 la Specificații tehnice
Licitația № ocds-b3wdp1-MD-1678893907083 din 17.04.2023
Ofertant "Tetis International Co" SRL
Specificații tehnice ale echipamentului oferit pentru
Lot nr. 13 Lampa chirurgicala ala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)

<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>		<i>Specificarea tehnică deplină de ofertant</i>	<i>Documentele confirmative</i>
Descriere	Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți	Da, model Inspital LD20.52 cu camera + Medical Image Recorder	Specificatie tehnica, p.1
Parametrul	Specificația		
Caracteristici tehnice	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)	Da	Specificatie tehnica, p.1, 2
	Numărul de sateliți	Da, 2 buc	Specificatie tehnica, p.1, 2
	Temperatura culorii	Da, oferit 3000-5000k	Specificatie tehnica, p.2
		Da, corespunde	Specificatie tehnica, p.2
	Reglarea intensității luminei	Da, corespunde	Specificatie tehnica, p.2
	Indexul de culoare	Da, oferit 96	Specificatie tehnica, p.2
Dimensiunea câmpului, cm	Focusabil	Da, corespunde	Specificatie tehnica, p.2
	Diametrul	Da, oferit 13-36cm	Specificatie tehnica, p.2
	Adâncimea	Da, oferit 130cm	Specificatie tehnica, p.2
	Distanța de lucru	Da (vezi schema)	Specificatie tehnica, p.3
	Nivelul de iluminare la 1 m distanță	Da, oferit satelitul nr.1 = 160 000 lux, satelitul nr.2 = 160 000 lux	Specificatie tehnica, p.2
Rotația	270 grade	Da, oferit 360 grade	Specificatie tehnica, p.3
Ajustare pe verticală, cm	≥80	Da (vezi schema)	Specificatie tehnica, p.3
Cresterea temperaturii în câmpul operator	<1° C	Da, oferit < 0.5 °C	Manual de utilizare p.13
Alimentarea	Rețeaua electrică	Da, oferit 220-240 VAC / 50-60 Hz	Specificatie tehnica, p.2
Durata medie de viață a LED-urilor	min. 50000 h	Da, oferit >60000 h	Specificatie tehnica, p.2
Mișcarea capului luminos	≥ 4 grade de libertate	Da (vezi schema)	Specificatie tehnica, p.3
Mîner	detașabile sterilizabile	Da, 2 buc	Specificatie tehnica, p.2, Manual de utilizare p.10
Panou de control	integrat în lampa principal	Da	Specificatie tehnica, p.1, 2
Sistemului de telemedicină	da	Da	Specificatie tehnica, p.1, 2 Manual de utilizare p.13
Sistem a camerei video	min. Full HD	Da	Specificatie tehnica, p.1, 3 Manual de utilizare p.13
	încorporată în lampă	Da	Specificatie tehnica, p.1, 3 Manual de utilizare p.13

	prin cablu sau wireless cu posibilitate de transmitere a imaginii pe monitor	Da	Specificatie tehnica, p.1, 3 Manual de utilizare p.13
Sistemul de înregistrare video	min. 3 ore	Da, oferit 75 ore	Inspital Medical Imaging Workstation p.2
Înălțimea podului	3-4 m	Da	Specificatie tehnica, p.2, 3
Altele:			
Garanție	≥ 2 ani	Da	Declaratie de ofertant
Manuale de utilizare	În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere.	Da	Declaratie de ofertant
Manual de service	În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).	Da	Declaratie de ofertant
Transportare la locul necesar	da	Da	Declaratie de ofertant
Instalarea și testarea la locul necesar	da	Da	Declaratie de ofertant
Deservire în perioada de garanție și postgaranție	da	Da	Declaratie de ofertant
Training pentru utilizatori	Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc.	Da	Declaratie de ofertant
Training pentru personal tehnic	Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc.	Da	Declaratie de ofertant