



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21637422 din 23.06.2026
Obiectul de achizitie: Echipament de laborator anul 2026

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lot 1					
Autoclav	B60 SI	Italia Midmark	Autoclav de sterilizare. Cerințe tehnice minime: capacitate cameră 50–60 L; cameră și ușă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 316L, rezistent la coroziune și presiune; generator de abur integrat; interval de temperatură 121–134 °C; control prin microprocesor; afișaj digital pentru monitorizarea în timp real a temperaturii și presiunii; programe presetate pentru 121 °C și 134 °C, cu posibilitatea ajustării parametrilor de timp de sterilizare și uscare; sistem de pre-vacuum și post-vacuum pentru evacuarea aerului și uscare eficientă; parametri de control ai temperaturii prin senzori PT100 clasa A; funcție de autodiagnosticare erori; sistem de siguranță și monitorizare: senzori de	Autoclav de sterilizare. Cerințe tehnice minime: capacitate cameră 50–60 L; cameră și ușă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 316L, rezistent la coroziune și presiune; Da, pag.52 „User Manual” generator de abur integrat; Da, pag.6 „User Manual” interval de temperatură 121–134 °C; Da, pag.38 „User Manual” control prin microprocesor; Da, pag.13 „User Manual” afișaj digital pentru monitorizarea în timp real a temperaturii și presiunii; Da, pag.22 „User Manual” programe presetate pentru 121 °C și 134 °C, cu posibilitatea ajustării parametrilor de timp de sterilizare și uscare; Da, pag.38 „User Manual”	Declaratie de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			temperatură, senzori de presiune, senzor lipsă apă, protecție la suprapresiune, protecție la supratemperatură, supapă de suprapresiune, blocare ușă cu interblocare până la depresurizare completă și oprire automată; alimentare electrică 380 V / 50 Hz trifazat. Accesorii incluse: coșuri/tăvițe și sistem de filtrare a apei de alimentare, precum și toate componentele necesare instalării și utilizării. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale.	sistem de pre-vacuum și post-vacuum pentru evacuarea aerului și uscare eficientă; Da, pag.25 „User Manual” parametri de control ai temperaturii prin senzori PT100 clasa A; Da funcție de autodiagnosticare erori; sistem de siguranță și monitorizare: senzori de temperatură, senzori de presiune, senzor lipsă apă, protecție la suprapresiune, protecție la supratemperatură, supapă de suprapresiune, blocare ușă cu interblocare până la depresurizare completă și oprire automată; Da, pag.46/13/23 „User Manual” alimentare electrică 380 V / 50 Hz trifazat. Da, pag.6 „User Manual” Accesorii incluse: coșuri/tăvițe și sistem de filtrare a apei de alimentare, precum și toate componentele necesare instalării și utilizării. Da, inclus în oferta Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; Da instalarea și punerea în funcțiune; Da instruirea personalului la sediul beneficiarului; Da manual de utilizare în limba română; Da marcaj CE; Da garanție minim 24 luni. Da Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Da Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale. Da	
Lot 2					
Autoclav	Labo 2	Italia Midmark	Autoclav de laborator pentru microbiologie, capacitate mică. Cerințe tehnice minime: capacitate cameră 20–25 L; autoclav tip vertical (top-loading), destinat sterilizării mediilor de cultură, sticlăriei și	Autoclav de laborator pentru microbiologie, capacitate mică. Cerințe tehnice minime: capacitate cameră 20–25 L; DA	Declaratie de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		decontaminării deșeurilor biologice/microbiologice (inclusiv în saci autoclavabili de dimensiuni reduse); cameră de sterilizare din oțel inoxidabil rezistent la coroziune (minim AISI 304 sau echivalent); tehnologie de sterilizare cu abur saturat sub presiune, cu sistem de evacuare a aerului (gravitațional sau puls vacuum); programe de sterilizare obligatorii: lichide, solide și deșeuri (waste); temperaturi de sterilizare minime: 121 °C și 134 °C; funcție de răcire controlată pentru lichide. Control microprocesor; afișaj digital (LCD sau touchscreen); monitorizarea parametrilor (temperatură, presiune, timp); sistem de trasabilitate (port USB și/sau imprimantă); sistem de alimentare cu apă (rezervor integrat sau conexiune directă), cu protecție la lipsă apă; sistem de blocare automată a capacului cu siguranță la presiune; supapă de suprapresiune; protecție termică și oprire automată în caz de eroare; alimentare 230 V / 50 Hz. Accesorii incluse: Coșuri / suporturi pentru încărcare, Recipient / tavă pentru colectarea lichidelor, Suport pentru flacoane sau saci autoclavabili mici. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: LRN în secvențiere genomică.	autoclav tip vertical (top-loading), destinat sterilizării mediilor de cultură, sticlăriei și decontaminării deșeurilor biologice/microbiologice (inclusiv în saci autoclavabili de dimensiuni reduse); Da, pag.4 ,, U.M. Labo2'' cameră de sterilizare din oțel inoxidabil rezistent la coroziune (minim AISI 304 sau echivalent); Da, pag.27 ,, U.M. Labo2'' tehnologie de sterilizare cu abur saturat sub presiune, cu sistem de evacuare a aerului (gravitațional sau puls vacuum); Da, pag.19/12 ,, U.M. Labo2'' programe de sterilizare obligatorii: lichide, solide și deșeuri (waste); Da, pag.19 ,, U.M. Labo2'' temperaturi de sterilizare minime: 121 °C și 134 °C; Da, pag.18 ,, U.M. Labo2'' funcție de răcire controlată pentru lichide. Da, pag.16 ,, U.M. Labo2'' Control microprocesor; afișaj digital (LCD sau touchscreen); Da, pag.6/10 ,, U.M. Labo2'' monitorizarea parametrilor (temperatură, presiune, timp); Da, pag.9/16 ,, U.M. Labo2'' sistem de trasabilitate (port USB și/sau imprimantă); Da, pag.11 ,, U.M. Labo2'' sistem de alimentare cu apă (rezervor integrat sau conexiune directă), cu protecție la lipsă apă; Da, conexiune directa pag.8 ,, U.M. Labo2'' sistem de blocare automată a capacului cu siguranță la presiune; Da, pag.16 ,, U.M. Labo2'' supapă de suprapresiune; Da, pag.23/6 ,, U.M. Labo2'' protecție termică și oprire automată în caz de eroare; Da, pag.6 ,, U.M. Labo2''	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				alimentare 230 V / 50 Hz. Da, pag.27 „U.M. Labo2” Accesorii incluse: Coșuri / suporturi pentru încărcare, Recipient / tavă pentru colectarea lichidelor, Suport pentru flacoane sau saci autoclavabili mici. Da, inclus in oferta. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: LRN în secvențiere genomică. Da	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21637422 din 23.06.2026
Obiectul de achizitie: Echipament de laborator anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38000000-5	1	Autoclav	Buc.	1	172.000,00	206.400,00	172.000,00	206.400,00	În termen de 90 zile de la semnarea contractului	Conform SIA RSAP
	2	Autoclav	Buc.	1	88.560,00	106.272,00	88.560,00	106.272,00		
TOTAL							260.560,00	312.672,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1