

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1754396838583
Obiectul achiziției: “Servicii de reparație a dispozitivelor medicale”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de reparație X-ray mobil LOT 1	Simply DR	Italia	IBIS SRL	Reparația X-ray mobil "Simply DR, IBIS" prin: * Calibrare parametri: timpul de expunere și doza de iradiere pentru toată gama de intervale;* Verificare și calibrare DAP-metru;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport ce indică toate acțiunile întreprinse și starea de funcționalitate a dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; Garanție:*Minim 6 luni;	Reparația X-ray mobil "Simply DR, IBIS" prin: * Calibrare parametri: timpul de expunere și doza de iradiere pentru toată gama de intervale;* Verificare și calibrare DAP-metru;Condiții:* Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat ;* Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport ce indică toate acțiunile întreprinse și starea de funcționalitate a dispozitivului;*Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; Garanție:*Minim 6 luni;	CE/ISO

Semnat: _____

Nume: ANDREI MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)