

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Institutul de Medicină Urgența

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643724171354 / 21051064	din 22 februarie 2022
Obiectul de achiziției : Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	
4	50421000-2	Analizator hematologic Sysmex KX – 21N	KX-21N	Sysmex	Japonia	<ul style="list-style-type: none"> – Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.) – Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră. – Curățați supapa rotorului (SRV) șava eșantion. • Întreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele) – Curățați camera de deșeuri (clătire secvență). – Curățați traductorul (clătire secvență). • Fiecare întreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe) – Curățați supapa rotorului eșantion (SRV). • Întreținere de necesități – Auto Clătiți – Curățați Cupa clătire. – WBC / RBC Clean traductor deschidere. – Înlocuiți rezervorul de deseuri 	Conform condițiilor licitației	ISO
5	50421000-2	Analizator imunoenzimatic Elisys UNO	Elisys UNO	Human	Germania	<ul style="list-style-type: none"> –Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; –Curațarea părților de lucru; –Calibrarea dispozitivului; –Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; –Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; –Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; –Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; 	Conform condițiilor licitației	ISO
6	50421000-2	Analizator ABL800 Flex	ABL800 Flex	Radiometer	Danemarca	<p>Mentenanța preventivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> •testarea pCO2,pO2, electrolit si electrod •înlocuire șaiabă de intrare • verificare nivelul în calomel si electrod <p>Mentenanța trimestrială:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umplere din nou calomelul si electrodul • înlocuire ventilatorul cu tot cu filtru • înlocuire tuburi de la pompă Cînd este necesar : • înlocuire Soluție (1) și (5) • înlocuire container recipient • curățare cameră de măsură • înlocuire electrod (dupa manual) • înlocuire printer cu hîrtie • înlocuire cilindru CO2 • îndeplinire decontaminării • curățarea acoperirii frontale 	Conform condițiilor licitației	ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
0	1		2	3	4	5	6	7
9	50421000-2	Sterilizator cu aburi Matachana 1008-E2	1008E2	Matachana	Spania	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea sistemii de asigurare cu detergenți, curățarea gmiturilor - Verificarea sistemii de purificare a apei - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare - Curățarea și lubrifierea părților mecanice - Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă - Curățarea rezervorului de apă - Verificarea funcționalității printerului - Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice - Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic 	Conform condițiilor licitației	ISO
10	50421000-2	Mașină de spălare și dezinfecție Matachana MAT LD521 XLS	MAT LD521 XLS	Matachana	Spania	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea sistemii de asigurare cu detergenți, curățarea gmiturilor - Verificarea sistemii de purificare a apei - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare - Curățarea și lubrifierea părților mecanice - Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă - Curățarea rezervorului de apă - Verificarea funcționalității printerului - Verificarea și curățarea tuturor valvelor - Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic 	Conform condițiilor licitației	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**