

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1697614210785 din 18.10.2023
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2023, repetat 2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stația de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, 2021 cu compresor Ga 75 VSD – 1 dispozitiv, uscător-refrigerator FD260VSD – 1 dispozitiv, instalație filtrelor de magistrala UD310+ – 1 instalație, instalație filtrelor de magistrala QDT 245 + – 1 instalație	Stația de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, 2021 cu compresor Ga 75 VSD – 1 dispozitiv, uscător-refrigerator FD260VSD – 1 dispozitiv, instalație filtrelor de magistrala UD310+ – 1 instalație, instalație filtrelor de magistrala QDT 245 + – 1 instalație	Belgia	Atlas Copco	Kit de mentenanță 4000h + 8000h: 1. AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 2. FILTER AIR - 2 buc. 3. FILTER MESH LD20X - ED12 - 2 buc. 4. - KIT WEATER DRIN 4 buc. 5. PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 6. THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C – 1 buc. 7. OLI CSN 20L RS XD – 3 buc. 8. FILTER KIT UD 310+ – 2 buc. 9. KIT SERVICE QDT245 – 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanță oferit.	Kit de mentenanță 4000h + 8000h: 1. AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 2. FILTER AIR - 2 buc. 3. FILTER MESH LD20X - ED12 - 2 buc. 4. - KIT WEATER DRIN 4 buc. 5. PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 6. THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C – 1 buc. 7. OLI CSN 20L RS XD – 3 buc. 8. FILTER KIT UD 310+ – 2 buc. 9. KIT SERVICE QDT245 – 2 buc. În ofertă sunt incluse și lucrările de înlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanță oferit.	Declaration of conformity, Broșură, Certificat trening
Stația de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco – 1 instalație	Stația de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco - 1 instalație	Belgia	Atlas Copco	Kit de mentenanță 4000h + 8000h: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanță oferit.	Kit de mentenanță 4000h + 8000h: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. 7. Piesă de schimb Valvei Drain LD 200 la uscătorul FD-185 Atlas Copco – 1 buc. In ofertă sunt incluse și lucrările de înlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanță oferit.	Declaration of conformity, Broșură, Certificat trening
Total						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Stanislav Vasița
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „RIO-MEDICAL” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Testemițeanu 19/3. ap.101