

		Specificații tehnice (F4.1)						
		din 04.05.2021						
Numărul licitației: 21039046								Alternativa nr.
Denumirea licitației:Cabluri ECG, Flash pentru Holter monitoring ECG. Acumuloatoare pentru cardiograf Cardimax FX-7202 Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
44300000-3		Lotul 1						
		Cabluri ECG pentru Holter monitoring ECG, model iH-12 PLUS	U146-1110SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Biocare(19-Pin) Cabluri HDMI Holter cu 10 conductori, Snap, IEC	CE
		Flash-carduri pentru Holter monitoring ECG, de 16 Gb	AP16GMCSH10 U5-R	China	Apacer Technology Inc.		Capacitate memorie (Gb) 16 Conector #1 SD Class 10 Viteză de citire (MB/s) 85 Scrie viteza (Mbps) 20	ISO
		Total lot 1						
44300000-3		Lotul 2						
		Acumuloatoare pentru cardiograf Cardimax FX-7202	110490-A	Germania	Akkuplanet GmbH		Baterie NiMH potrivită pentru Fukuda Denshi ECG CardiMax FX-7202, tip T8HRAAU-4713 9,6 Volt 1,7 Ah - aprox. dimensiuni în mm 100,7x28,9x28,9 - aprox. greutate 0,279 kg	ISO
		Total lot 2						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23