

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Gabriela Lisenco Telefonul de contact 068998428E-mail gabriela.lisenco@capcs.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.07.2026

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	33100000-1	Lotul-24-Cabinet PCR	UVT-S-AR	Lituania	Biosan	Descriere: stație de lucru de laborator cu curățare UV ADN/ARN, concepută pentru a crea un mediu curat și fără contaminare pentru configurarea PCR și alte fluxuri de lucru legate de acidul nucleic. Tipul cabinetului – benchtop (de masă) Materialul pereților: Spate: oțel inoxidabil. Laterale și față: sticlă Materialul suprafeței de lucru: Oțel inoxidabil Lampă UV deschisă: Da Nivelul radiațiilor UV: ~ 18 mW / cm² / sec Setare digitală a orei pentru expunerea directă la UV: 1 minut–24 ore / non-stop (increment 1 minut). Recirculator UV: Da Lampă de zi (pentru iluminarea zonei de lucru): Da Protecție UV: >96%, folie de protecție UV Zona de lucru: 1200 ±50 mm × 550±50 mm Caracteristici de siguranță: Oprire automată a lămpii UV atunci când ecranul este deschis Dimensiuni totale (WxDxH): 1230-1270 mm × 580-650 mm × 570-700 mm Cerințe generale: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Ghid rapid de utilizare laminat Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Manual de service limba engleza, romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	Descriere: stație de lucru de laborator cu curățare UV ADN/ARN, concepută pentru a crea un mediu curat și fără contaminare pentru configurarea PCR și alte fluxuri de lucru legate de acidul nucleic. Tipul cabinetului – benchtop (de masă) Materialul pereților: Spate: oțel inoxidabil. Laterale și față: sticlă Materialul suprafeței de lucru: Oțel inoxidabil Lampă UV deschisă: Da Nivelul radiațiilor UV: ~ 18 mW / cm² / sec Setare digitală a orei pentru expunerea directă la UV: 1 minut–24 ore / non-stop (increment 1 minut). Recirculator UV: Da Lampă de zi (pentru iluminarea zonei de lucru): Da Protecție UV: >96%, folie de protecție UV Zona de lucru: 1200 mm × 500 mm Caracteristici de siguranță: Oprire automată a lămpii UV atunci când ecranul este deschis Dimensiuni totale (WxDxH): 1250 mm × 600 mm × 590 mm Cerințe generale: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Ghid rapid de utilizare laminat Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Manual de service limba engleza, romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	33100000-1	Lotul-24-Cabinet PCR	Bucată	2	89.990,0000	107.988,0000	179.980,00	215.976,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmult, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							179.980,00	215.976,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumeavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu