

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	48	48.Cateter subclavicular cu ac	331208-18, 331206-16	Intra	Germania	Careter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință. Careter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință.	Careter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință. Codul Produsului: 331208-18, 331206-16 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

