

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. 21518890					Data: „15” decembrie 2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.34)						Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-1	1	Sistem de producere a apei ultrapure	Sistem de producere a apei ultrapure	Labaqua Bio	Letonia	Biosan	Domeniul de utilizare Laborator de genetică moleculară Parametru Specificația Tipul sistemului Amplasat pe masă Tip apă generată Ultrapură grad I Rezistivitate apa de grad I Maxim 0.055 μS/cm la 25 °C Nivel carbon organic total Maxim 2 ppb R-naza Maxim 0.004 ng/ml D-naza Maxim 0.024 pg/μl Bacterii Maxim 0.005 CFU/ml Endotoxine Maxim 0.001 EU/ml Particule Mai mari de 0.22 μm maxim 1 per ml Debitul nominal de apă ultrapură Minim 2 l/min Presiunea apei de alimentare 1 – 6 bar Conductivitatea apei de alimentare minim 999 μS/cm Senzor de conductivitate Da Container Minim 10 l cu dispenser Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Consumabile Filtre Filtre suficiente pentru minim 2 m3 de apă ultrapură și 2 ani de utilizare Training Training pentru utilizator Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică Training pentru ingineri Da, Testarea performanței, mentenanța periodică Documente	Vezi Anexa 1	ISO, CE

							Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare și darea în exploatare Da Testare Da Garanție Perioadă Minim 2 ani Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică.		
33100000-1	2	Sistem de incubare a microplăcilor	Sistem de incubare a microplăcilor	TS-DW	Letonia	Biosan	Domeniul de utilizare Laborator de genetică moleculară, pentru etapa de hibridizare și captură a probelor ADN, protocoale NGSP Parametru Specificăția Tipul sistemului Amplasat pe masă Acuratețea temperaturii $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ Intervalul de setare a temperaturii $+5^{\circ}\text{C}$ - $+99^{\circ}\text{C}$ Capac cu încălzire Da, pentru evitarea condensării Posibilitate de ajustare a temperaturii Da, manual sau protocoale presetate ce pot fi modificate Consumabile compatibile Microplăci de tip DeepWell cu volum de 0.8 ml, de 96 de godeuri Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Training Training pentru utilizator Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică Training pentru ingineri Da, Testarea performanței, mentenanța periodică Documente Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare și darea în exploatare Da Testare Da Garanție Perioadă Minim 2 ani Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică.	Vezi Anexa 2	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2